

PREGLED POSTUPKA #118295

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I
PIB	02010496
E-mail	bolnicact@t-com.me
Telefon	041/231-336
Internet adresa	www.daniloprvi.me
Fax	041/231-336
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Tele pack+,Karl Storz,Kod TP 101 (dio Histeroskopa Karl Storz)
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragan Dapčević
Kontakt	067669624
Datum objave	29.06.2026. 09:15
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I Tele pack+,Karl Storz,Kod TP 101 (dio Histeroskopa Karl Storz)- Humana r. 33100000 - Medicinska oprema	14.000,00 EUR	2.950,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od zaključivanja ugovora ili do iskorišćenosti finansijskog iznosa ugovora. Isporuka će se vršiti sukcesivno u ponuđenom roku na osnovu pisane narudžbe naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Sjedište naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski po isporuci robe i ispostavljanju fakture.	Način plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata (IRMS Portal Poreske uprave Crne Gore) ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem broja pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 14.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Tele pack+,Karl Storz,Kod TP 101 (dio Histeroskopa Karl Storz-BETOCCI),Za Humanu reprodukciju	Prenosivi ALL in ONE aparat: - Prenosivi kompaktan sve u jednom sistem koji se sastoji od Full HD monitora osjetljivog na dodir ,integrisanog izvora LED svijetla,arhiviranje podataka o pacijentu na internoj memoriji,mogućnost memorisanja na USB ili na mrežu, - Kompatibilan sa rigidnim i fleksibilnim endoskopima za višekratnu ili jednokratnu upotrebu - Minimalne dimenzije ekrana 18.5" - Prosječni životni vijek lampe od 30.000 h - Mogućnost kontrole preko touchscreen ekrana,tastature,miša,glave kamere ili nožnih prekidača - Mogućnost konekcije minimum dvije različite glave kamere - Maksimalna težina: 9 kg - Temperatura bole minimum 5700 K - Minimum 6 USB ulaza,2 mikrofoni input - Konekcija za stroboskopiju - Kompatibilan sa navedenim Histeroskopom	1,00 kom