

ZU KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR KOTOR

BROJ :40-02-377/1

KOTOR,29.06.2026.godine

Zainteresovani ponuđač je u postupku broj 117890 od 24.06.2026.godine za **Nabavka histeroskopa i CTG aparata za potrebe Ginekološko-akušerske službe** kroz sekciju komunikacije dostavio , dana 26.06.2026.godine u 16:13 h , zahtjev za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda , navodeći:

Nakon uvida u tendersku dokumentaciju za Nabavku histeroskopa i CTG aparata za potrebe Ginekološkoakušerske službe, te detaljne analize istih, a na osnovu člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) šaljem zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije.

Kao zastupnici renomiranog svjetskog proizvođača medicinske opreme, čiji se uređaji već uspješno koriste na Ginekološko-akušerskom odjeljenju ZU KBC Kotor, smatramo da pojedini tehnički zahtjevi nijesu u skladu sa planiranom procijenjenom vrijednošću nabavke. Naime, tražena konfiguracija odgovara uređajima sa mnogo više opcija, veće vrijednosti od predviđenog budžeta, dok određene zahtijevane karakteristike imaju ograničen ili zanemarljiv klinički značaj u svakodnevnoj ginekološko-akušerskoj praksi.

Iz tog razloga predlažemo izmjenu pojedinih tehničkih zahtjeva kako bi se omogućilo učešće većeg broja renomiranih proizvođača i istovremeno omogućila nabavka uređaja koji u potpunosti zadovoljavaju kliničke potrebe korisnika.

Partija 2: CTG APARAT za blizanačku trudnoću/ pouzdan, premium fetalni monitor namijenjen kontinuiranom praćenju fetalnog i maternalnog stanja tokom trudnoće i porođaja. Omogućava precizno mjerenje fetalnog srčanog ritma, kontrakcija materice i maternalnih parametara, uz jednostavan i pregledan korisnički interfejs. CTG je koncipiran za siguran, efikasan i pouzdan rad u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Stavke:

Stavka: "1.4 Mjerenje maternalnog pulsa pulsним oksimetrom, EKG elektrodama i mandžetnom za krvni pritisak."

U stavci 1.1 tenderske dokumentacije definisano je da CTG aparat treba da posjeduje Toco MP sondu koja istovremeno mjeri kontrakcije i maternalni puls. Međutim, stavkom 1.4 se zahtijeva da se maternalni puls mjeri pulsним oksimetrom, EKG elektrodama i manžetnom za krvni pritisak, čime se praktično isključuje mogućnost korišćenja Toco MP sonde za ovu namjenu.

Na ovaj način dolazi do neusaglašenosti tehničkih zahtjeva i ovako definisana stavka podrazumijeva mogućnost mjerenja maternalnog pulsa pomoću više različitih modaliteta, što nije uobičajena klinička

praksa, zahtijeva dodatne senzore i pribor, povećava cijenu uređaja, a ne donosi dodatnu kliničku korist kada je mjerenje maternalnog pulsa već omogućeno putem Toco MP sonde.

Predlažemo da se stavka 1.4 izmijeni tako da glasi:

„Mjerenje maternalnog pulsa pomoću jednog od sljedećih modaliteta: Toco MP sonde, pulsog oksimetra, EKG elektroda ili manžetne za neinvazivno mjerenje krvnog pritiska.

Stavka: “1.6 Praćenje trojki: do 3 fetalna srčana ritma”

Tehničkom specifikacijom je predviđen aparat sa dvije sonde koji omogućava mjerenje dva fetalna ritma. Da bi se pratilo 3 fetalna ritma potrebne su tri US sonde i softverska mogućnost mjerenja trojki, što znatno podiže cijenu aparata i izlazi iz predviđenog budžeta. S druge strane, ovako definisana stavka je u suprotnosti sa stavkom 1.1.

Naručilac naknadno može nadograditi aparat sa ovom opcijom ukoliko u budućnosti bude potrebe za istim. Molimo da izmijenite ovu stavku na način da se praćenje trojki ostavi kao mogućnost nadogradnje.

Stavka: “1.8 Maternalni parametri: MCEG, NIBP (neinvazivni krvni pritisak), puls,”

Maternalni parametri poput MCEG i NIBP predstavljaju parametre koji se prate pomoću pacijent monitora, te isti nisu adekvatni da se prate na samom CTG aparatu. Razlozi za to su brojni, od smanjenog komfora pacijenta zbog dužine kablova, nemogućnosti da se svi parametri adekvatno prikažu na ekranu veličine 6 inča, a i u praksi se rijetko koriste. Sama konfiguracija aparata bi znatno prevazišla predviđeni budžet. Predlažemo da se iz ove stavke izbrišu MCEG, NIBP (neinvazivni krvni pritisak).

Stavka: “1.11 Komunikacija: Serijski port ili LAN”

Komunikacija pomoću Serijskog porta i lan predstavlja stariji vid interfejsa koji se najčešće koriste za servisne aktivnosti, dok noviji imaju USB port kao mogućnost komunikacije i prenosa podataka. Molimo da uvrstite USB kako bi nam omogućili učešće.

Shodno navedenom, a na osnovu člana 4 stav tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Službeni list broj 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine, 114/23 od 19.12.2023. g., 049/24 od 29.05.2024. g.), „Naručilac vrši

I Z M J E N U

Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 117890 od 24.06.2026. godine za Nabavka histeroskopa i CTG aparata za potrebe Ginekološko-akušerske službe, na način da **SE MIJENJAJU Bitne karakteristike predmeta nabavke partije 2 - CTG APARAT ZA BLIZANAČKU TRUDNOĆU ZA POTREBE GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE SLUŽBE KBC KOTOR**, na slijedeći način:

Stavka 1.4 koja je glasila

1.4 Mjerenje materalnog pulsa pulsним oksimetrom, EKG elektrodama i mandžetnom za krvni pritisak.

MIJENJA SE i sada glasi:

1.4 „Mjerenje maternalnog pulsa pomoću jednog od sljedećih modaliteta: Toco MP sonde, pulsno oksimetra, EKG elektroda ili manžetne za neinvazivno mjerenje krvnog pritiska.

Stavka 1.6 koja je glasila

“1.6 Praćenje trojki: do 3 fetalna srčana ritma”

MIJENJA SE i sada glasi:

“1.6 Praćenje trojki, : do 3 fetalna srčana ritma – mogućnost nadogradnje.

BRIŠE SE stavka 1.8 , koja je glasila

“1.8 Maternalni parametri: MEGG, NIBP (neinvazivni krvni pritisak), puls,”

Stavka 1.11 koja je glasila

1.11 Komunikacija: Serijski port ili LAN

MIJENJA SE i sada glasi:

1.11 Komunikacija: Serijski port ili LAN ili UBS

U skladu sa odredbama člana 12 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki((Službeni list broj 016/23 ,020/23,036/23 , 114/23,49/2024), kojim je propisano da rok za dostavljanje ponuda ne može da bude kraći od 3 dana od dana objavljivanja, Naručilac mijenja utvrđeni rok za dostavljanje ponuda , tako da je krajnji rok za dostavljanje ponuda do 03.07.2026.godine do 09 h.

Službenik za javne nabavke,

Ivanović Mirjana
