

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka histeroskopa i CTG aparata za potrebe
Ginekološko-akušerske službe

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR
KOTOR

PIB:

02032651

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Ponuđač je obavezan da podnese izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, saglasno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24).	Obrazac 2	Da
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da

Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana sklapanja ugovora o nabavci	Rok izvršenja ugovora	Da
ZU Kliničko bolnički centar Kotor	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana uredno izvršene isporuke opreme i ispostavljene fakture	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski na žiro-račun Ponuđača. Ponuđač je dužan da navede naziv poslovne banke i broj žiro-računa na koji će se izvršiti plaćanje.	Način plaćanja	Da
Ponuđač je u obavezi da dostavi izjavu o ispunjenosti dolje navedenih uslova: -da će izvršiti instalaciju uređaja (hardvera i softvera) kod korisnika -i da: će izvršiti obuku za rad na aparatu kod korisnika - da: će bezbijediti podršku putem telefona i elektronske pošte - da: će obezbijediti ovlašćeni servis u toku trajanja garantnog roka sa navođenjem naziva i sjedišta servisa; -da će se u garantnom roku ovlašćeni serviser ponuđača odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 48 časova na licu mjesta; -da će u roku od pet dana od prijave kvara izvršiti popravku aparata; - da će za vrijeme trajanja garantnog roka, ponuđač ukoliko ovlašćeni serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 60 dana od dana prijave kvara o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu aparata novim, istih ili boljih karakteristika;	Drugi uslovi	Da

Ponuđač je u obavezi dostaviti katalog ponuđenog proizvoda sa jasno naznačenim zahtijevanim karakteristikama (markirano, ili na drugi način obilježeno).Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača i pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi „Takođe, kao dokaz ekvivalentnosti , za određenu tehničku karakteristiku , potrebno je da ponuđač dostavi proizvođačku deklaraciju , iz koje se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđeni ekvivalent ispunjava minimalne tehničke karakteristike zahtijevane tehničkom specifikacijom Naručioca za određenu stavku uz navođenje broja tehničke karakteristike na koju se odnosi ispunjenjost iste na ekvivalentan način."Katalog,tehnički list i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija."	Drugi uslovi	Da
Garantni rok:Ponuđač je dužan navesti garantni rok za ponuđeni aparat koji ne može biti kraći od 24 mjeseca	Garantni rok	Da
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a)kriminalnog udruživanja; b)stvaranja kriminalne organizacije; c)davanje mita; č) primanje mita ; č) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi	Da
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke:2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko I zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi	Da

Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti dokaze -da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o registraciji za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore /Instituta za lijekove i medicinska sredstva	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Ponuđač je obavezan da podnese izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, na Obrascu 2, saglasno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24).	Obrazac 2	Da
60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude	Da
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana sklapanja ugovora o nabavci	Rok izvršenja ugovora	Da
ZU Kliničko bolnički centar Kotor	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana uredno izvršene isporuke opreme i ispostavljene fakture	Rok plaćanja	Da
Način plaćanja je virmanski na žiro-račun Ponuđača. Ponuđač je dužan da navede naziv poslovne banke i broj žiro-računa na koji će se izvršiti plaćanje.	Način plaćanja	Da

Ponuđač je u obavezi da dostavi izjavu o ispunjenosti dolje navedenih uslova: -da će izvršiti instalaciju uređaja (hardvera i softvera) kod korisnika -i da: će izvršiti obuku za rad na aparatu kod korisnika - da: će bezbijediti podršku putem telefona i elektronske pošte - da: će obezbijediti ovlašćeni servis u toku trajanja garantnog roka sa navođenjem naziva i sjedišta servisa; -da će se u garantnom roku ovlašćeni serviser ponuđača odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 48 časova na licu mjesta; -da će u roku od pet dana od prijave kvara izvršiti popravku aparata; - da će za vrijeme trajanja garantnog roka, ponuđač ukoliko ovlašćeni serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 60 dana od dana prijave kvara o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu aparata novim, istih ili boljih karakteristika;	Drugi uslovi	Da
Ponuđač je u obavezi dostaviti katalog ponuđenog proizvoda sa jasno naznačenim zahtijevanim karakteristikama (markirano, ili na drugi način obilježeno).Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nijesu sadržane u katalogu,ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača i pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ,kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi „Takođe, kao dokaz ekvivalentnosti , za određenu tehničku karakteristiku , potrebno je da ponuđač dostavi proizvođačku deklaraciju , iz koje se nedvosmisleno može utvrditi da ponuđeni ekvivalent ispunjava minimalne tehničke karakteristike zahtijevane tehničkom specifikacijom Naručioca za određenu stavku uz navođenje broja tehničke karakteristike na koju se odnosi ispunjenost iste na ekvivalentan način."Katalog,tehnički list i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija."	Drugi uslovi	Da

Garantni rok: Ponuđač je dužan navesti garantni rok za ponuđeni aparat koji ne može biti kraći od 24 mjeseca	Garantni rok	Da
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita ; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;	Obavezni uslovi	Da
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku jednostavne nabavke: 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.	Obavezni uslovi	Da
Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti dokaze - da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište,	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o registraciji za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore /Instituta za lijekove i medicinska sredstva	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Histeroskop sa resektoskopom za potrebe Ginekološko-akušerske službe KBC Kotor	11652.00	1	HISTEROSKOP SA RESEKTOSKOPOM Svi elementi histeroskopskog i resektoskopskog sistema moraju biti međusobno kompatibilni (teleskop, omotač, radni element i elektrode)	1. Histeroskop sistem: se sastoji od optike, unutrašnje i spoljašnje košuljice sa radnim kanalom. 1.1 Makaze, hvataljka - forceps i biopsijska kliješta za biopsiju min. 5 Fr – najmanje po 1 instrument 1.2 Optika HOPKINS ili ekvivalent koja obezbjeđuje visok kvalitet slike, teleskop 300, prečnik do 4 mm, dužine min. 26 cm 1.3 Sistem optike sa štapastim sočivoma (rod-lens) ili ekvivalent, HOPKINS® ili ekvivalent, 1.4 Prednji kosi teleskop 30°, prečnik min. 2 mm, dužine min 26 cm, 1.5 Autoklavabilan i višekratno upotrebljiv, 1.6 Ugrađeno svjetlo za prenos optičkih vlakna, boja kod: crvena 1.7 Histeroskopski omotač	1.00	kom

sa unutrašnjom i spolnom ovojnicom za kontinuirani protok tečnosti:

1.8 BETTOCCHI ili ekvivalent

unutrašnja ovojnica, veličine max. 4,5 mm, ,

1.9 BETTOCCHI

ili ekvivalent spoljna ovojica, veličine max. 5,5 mm,

1.10 Sa radnim kanalom za rigidne i polukrute operativne instrumente od min. 5 Fr

1.11 Šilaste makaze – škare namijenjene za upotrebu kroz radni kanal, radna dužina kompatibilna sa radnim kanalom, min. 5 Fr, autoklavabilne i višestruko upotrebljavane, dužine min 340 mm,

1.12 Pinceta za biopsiju i hvatanje, polukruta, sa čeljustima dvostrukog djelovanja, 5 Fr, autoklavirabilna i višestruko upotrebljavana, dužine min 340 mm,

2. Resektoskop bipolarni sistem: se sastoji od

2.1 Optike 120, bipolarnog radnog elementa,

2.2 Resektoskop košuljice min. 22 Fr,

2.3 Obturatora – metalni ili plastični, zaobljenog vrha, kompatibilan sa ponuđenim sistemom, višekratan i autoklavabilan,

2.4 Sistem optike sa štapastim sočivoma (rod-lens) ili ekvivalent
2.5 Višepolarne višekratne elektrode za kidanje i koagulaciju – 2 pakovanja,
2.6 Kabal za konekciju sa aparatom
2.7 Optika HOPKINS ili ekvivalent koja obezbeđuje visok kvalitet slike teleskop 120, prečnik do 4 mm, dužine min. 30 cm
2.8 Sistem optike sa štapastim sočivoma (rod-lens) ili ekvivalent, Autoklavabilan i višekratno upotrebljiv,
2.9 Ugrađeno svjetlo za prenos optičkih vlakna, boja kod: crna
2.10 Radni element bipolarni, kretanje pomoću opruge, oslon na palac pomičan, u mirovanju vrh elektrode je unutar omotača,
2.11 Resektoskopsa ovojnica prečnika min. 22 Fr, rotirajuća unutrašnja ovojnica sa keramičkom izilacijom, oblique beak, quick release lock, za kontinuirano irigaciju i usisavanje, kod boje: bijela, spojna cijev za ulaz i izlaz za radne elemente prečnika do 4 mm, HOPKINS teleskopa ili ekvivalent,
2.12 Standardni obturator, boja kod: bijela, za upotrebu sa resektoskopskim Sheaths
2.13 Cutting Loop bipolarni – pakovanje 6 kom

					2.14 Koagulaciona elektroda sa ball krajem – 6 pakovanja višekratne 2.15 Kabal za bipolar, kompatabilan, sa postojećim aparatom koji posjeduje ustanova. (laparoskopski stub proizvođača Arthrex i Karl Storz)		
2	CTG aparat za blizanačku trudnoću za potrebe Ginekološko-akušerske službe KBC Kotor	4000.00	1	CTG APARAT za blizanačku trudnoću/ pouzdan, premium fetalni monitor namijenjen kontinuiranom praćenju fetalnog i maternalnog stanja tokom trudnoće i porođaja. Omogućava precizno mjerenje fetalnog srčanog ritma, kontrakcija materice i maternalnih parametara, uz jednostavan i pregledan korisnički interfejs. CTG je koncipiran za siguran, efikasan i pouzdan rad u svakodnevnoj kliničkoj praksi.	1.1 CTG u konfiguraciji za blizanačku trudnoću treba da posjeduje dvije (2) US sonde i jednu (1) Toco MP sondu (koja istovremeno mjeri kontrakcije i puls majke). 1.2 Praćenje fetusa: Ultrazvučni FHR (fetalni srčani mišić – otkucaji srca za bebe između 110 i 160/min.) ili navesti otkucaje, 1.3 Materalni puls MHR: Otkucaji srca majke između 60 i 100/min. u mirovanju ili navesti otkucaje. 1.4 Mjerenje maternalnog pulsa pulsним oksimetrom, EKG elektrodama i mandžetnom za krvni pritisak. 1.5 Praćenje blizanaca: Standardno, 1.6 Praćenje trojki: do 3 fetalna srčana ritma, 1.7 Smart pulse tehnologija: Automatsko razlikovanje fetalnog i majčinog srčanog pulsa, 1.8 Materalni parametri: MEKG, NIBP (neinvazivni krvni	1.00	kom

					pritisak), puls, 1.9 Ekran: min. 6,5“ kolor, 1.10 Autonomija baterije do 4 sata, 1.11 Komunikacija: Serijski port ili LAN 1.12 Papirni CTG ispis termalni fetalnog srčanog ritma (FHR), uterine kontrakcije (TOCO), materalni puls (MHR). 1.13 Težina max. 6 kg.	
--	--	--	--	--	---	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Histeroskop sa resektoskopom za potrebe Ginekološko-akušerske službe KBC Kotor	11652.00	1	HISTEROSKOP SA RESEKTOSKOPOM Svi elementi histeroskopskog i resektoskopskog sistema moraju biti međusobno kompatibilni (telskop, omotač, radni element i elektrode)	1. Histeroskop sistem: se sastoji od optike, unutrašnje i spoljašnje košuljice sa radnim kanalom. 1.1 Makaze, hvataljka - forceps i biopsijska kliješta za biopsiju min. 5 Fr – najmanje po 1 instrument 1.2 Optika HOPKINS ili ekvivalent koja obezbjeđuje visok kvalitet slike, teleskop 300, prečnik do 4 mm, dužine min. 26 cm 1.3 Sistem optike sa štapastim sočivoma (rod-lens) ili ekvivalent, HOPKINS® ili ekvivalent, 1.4 Prednji kosi teleskop 30°, prečnik min. 2 mm, dužine min 26 cm,	1.00	kom

2.2 Resetoskop
košuljice min. 22 Fr,
2.3 Obturatora –
metalni ili plastični,
zaobljenog vrha,
kompatabilan sa
ponuđenim sistemom,
višeokratan i
autoklavabilan,
2.4 Sistem optike
sa štapastim sočivoma
(rod-lens) ili ekvivalent
2.5 Višepolarne
višeokratne elektrode za
kidanje i koagulaciju –
2 pakovanja,
2.6 Kabal za
konekciju sa aparatom
2.7 Optika
HOPKINS ili ekvivalent
koja obezbjeđuje visok
kvalitet slike teleskop
120, prečnik do 4 mm,
dužine min. 30 cm
2.8 Sistem optike
sa štapastim sočivoma
(rod-lens) ili ekvivalent,
Autoklavabilan i
višeokratno upotrebljiv,
2.9 Ugrađeno
svjetlo za prenos
optičkih vlakna, boja
kod: crna
2.10 Radni element
bipolarni, kretanje
pomoću opruge, oslon
na palac pomičan, u
mirovanju vrh
elektrode je unutar
omotača,
2.11 Resektoskopsa
ovojnica prečnika min.
22 Fr, rotirajuća
unutrašnja ovojnica sa
keramičkom izilacijom,
oblique beak, quick
release lock, za
kontinuirano irigaciju i
usisavanje, kod boje:
bijela, spojna cijev za
ulaz i izlaz za radne
elemente prečnika do
4 mm, HOPKINS

				teleskopa ili ekvivalent, 2.12 Standardni obturator, boja kod: bijela, za upotrebu sa resektoskopskim Sheaths 2.13 Cutting Loop bipolarni – pakovanje 6 kom 2.14 Koagulaciona elektroda sa ball krajem – 6 pakovanja višekratne 2.15 Kabal za bipolar, kompatabilan, sa postojećim aparatom koji posjeduje ustanova. (laparoskopski stub proizvođača Arthrex i Karl Storz)		
2	CTG aparat za blizanačku trudnoću za potrebe Ginekološko-akušerske službe KBC Kotor	4000.00	1	CTG APARAT za blizanačku trudnoću/ pouzdan, premium fetalni monitor namijenjen kontinuiranom praćenju fetalnog i maternalnog stanja tokom trudnoće i porođaja. Omogućava precizno mjerenje fetalnog srčanog ritma, kontrakcija materice i maternalnih parametara, uz jednostavan i pregledan korisnički interfejs. CTG je koncipiran za siguran, efikasan i pouzdan rad u svakodnevnoj kliničkoj praksi.	1.1 CTG u konfiguraciji za blizanačku trudnoću treba da posjeduje dvije (2) US sonde i jednu (1) Toco MP sondu (koja istovremeno mjeri kontrakcije i puls majke). 1.2 Praćenje fetusa: Ultrazvučni FHR (fetalni srčani mišić – otkucaji srca za bebe između 110 i 160/min.) ili navesti otkucaje, 1.3 Materalni puls MHR: Otkucaji srca majke između 60 i 100/min. u mirovanju ili navesti otkucaje. 1.4 „Mjerenje maternalnog pulsa pomoću jednog od sljedećih modaliteta: Toco MP sonde, pulsno oksimetra, EKG elektroda ili manžetne za neinvazivno mjerenje krvnog pritiska.	1.00 kom

					1.5 Praćenje blizanaca: Standardno, 1.6 Praćenje trojki, : do 3 fetalna srčana ritma – mogućnost nadogradnje. 1.7 Smart pulse tehnologija: Automatsko razlikovanje fetalnog i majčinog srčanog pulsa, 1.9 Ekran: min. 6,5“ kolor, 1.10 Autonomija baterije do 4 sata, 1.11 Komunikacija: Serijski port ili LAN ili USB 1.12 Papirni CTG ispis termalni fetalnog srčanog ritma (FHR), uterine kontrakcije (TOCO), materalni puls (MHR). 1.13 Težina max. 6 kg.	
--	--	--	--	--	---	--