

PREGLED POSTUPKA #118310

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
PIB	02739658
E-mail	info@cinmed.me
Telefon	020/310-280
Internet adresa	www.cinmed.me
Fax	020/310-581
Adresa	Bulevar Ivana Crnojevića 64A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka djelova za popravku difraktometra Empyrean na XRD uređaju
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Žana Vukčević
Kontakt	020 310 280
Datum objave	29.06.2026. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka djelova za popravku difraktometra Empyrean na XRD uređaju	29.06.2026 13:00	06.07.2026 15:00	06.07.2026 15:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA Nabavka djelova za popravku difraktometra Empyrean na XRD uređaju 38000000 - Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočara) 50000000 - Usluge popravke i održavanja	18.000,00 EUR	0,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđena rendgenska cijev mora biti u potpunosti kompatibilna sa postojećim XRPD sistemom Empyrean 3.	Drugi uslovi
Ponuđena oprema mora biti nova, nekorišćena i originalna.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi navede naziv proizvođača i oznaku predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač je dužan da dostavi autorizaciju od proizvođača ili ovlašćenog distributera za prodaju i servis uređaja koji je predmet nabavke.	Drugi uslovi
Izabrani ponuđač treba da dostavi i dokumentaciju kojom se dokazuju tehničke karakteristike predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je odgovoran za ispravnu montažu, podešavanje i funkcionalno testiranje sistema nakon zamjene rendgenske cijevi.	Drugi uslovi
U cijenu ponude mora biti uračunata isporuka predmeta nabavke.	Drugi uslovi
Garancija kvaliteta: Ponuđač garantuje da je roba koja je predmet nabavke nova, nekorišćena, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Ponuđač takođe garantuje za kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku izvrši zamjenu, ili otkloni svaki kvar koji nije posljedica nepravilnog rukovanja od strane naručioca.	Drugi uslovi
Garantni rok: minimum 12 mjeseci od dana isporuke i instalacije predmeta nabavke. Garantni rok počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o prijemu i instalaciji robe. Garantni rok podrazumijeva period validnosti garancije, tokom koga ponuđač bez dodatne nadoknade vrši zamjenu ili opravku, ukoliko je došlo do kvara ili oštećenja koje nije izazvano krivicom naručioca	Garantni rok

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice naručioca izvrši prijem robe, što se potvrđuje Zapisnikom o prijemu i instalaciji robe, koji potpisuju ovlašćena lica izabranog ponuđača i naručioca i kojim će se konstatovati da je roba isporučena i instalirana.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2;	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je mjesto sjedišta Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun ponuđača, u skladu sa ugovorom.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 20 dana od dana ispostavljanja fakture za realizovanu nabavku	Rok plaćanja
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2.	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Rendgenska cijev visoke rezolucije za XRD uređaj	Rendgenska cijev visoke rezolucije – kompatibilna sa XRPD sistemom „Empyrean 3“ proizvođača Malvern Panalytical Materijal anode: Bakar (Cu) - visoke rezolucije Tipovi fokusa: Dugački fini fokus (LFF)	1,00 komad
2	Usluge ugradnje	- demontažu postojeće i ugradnju nove rendgenske cijevi; - puštanje sistema u rad nakon zamjene; - provjeru ispravnosti rada sistema; - izvođenje Operacione kvalifikacije (Operational Qualification – OQ); - dostavljanje zapisnika o izvršenoj instalaciji i OQ ispitivanju	1,00 komplet