

**Broj: 1226/1-5826****Podgorica, 29.06.2026. godine**

U skladu sa odredbama člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23, 11/23 i 84/24) **Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore Montefarm**, vrši

Izmjenu IV tenderske dokumentacije

U tenderskoj dokumentaciji br. 1160/1-5826 od 17.06.2026.godine, u dijelu koji se odnosi na sljedeće:

Partija 27 – U dijelu **opis partije mijenja se i sada glasi** Jednokratni hirurški veš (dozvoljena odstupanja u dimenzijama +5%).

Partija 27

Stavka 1 - U dijelu **opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi** Komplet za opštehirurške procedure, sa samoljepljivim ivicama, višeslojni, nepromočiv. Sastavni dijelovi su:

1. kesa stola za instrumente (ojačana) 80x145 cm
2. čaršav za sto (ojačan) 150x190
3. četiri ubrusa za brisanje 30x40
4. čaršav 150x250-ojačani dio 70 cm i ljepljivi 100cm
5. čaršav 175x180-ojačani i ljepljivi dio 80cm
6. dvije komprese 90x75 sa ljepljivim i ojačanim dijelom 90cm
7. ljepljiva traka 9x50

Materijal: polietilen+polipropilen, troslojan, nepropusan

Absorpcioni kapacitet tecnosti materijala od kojeg su sastavljeni setovi treba da bude minimum 400 ml/m². Rezultati testova treba da budu u skladu sa standardom ISO 9073-6.

Permeabilna barijera tecnosti treba da iznosi minimum 140cm vodenog stuba. Rezultati testova treba da su u skladu sa standardom EN20811. (Isporučivanje će se vršiti mjesečno prema zahtjevima naručioca)

Stavka 2 - U dijelu **opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi** Komplet za hirurgiju zgloba kuka sa čizmama. Sastavni dijelovi su:

1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. Četiri ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
4. ljepljiva traka 9x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompresa 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 170-230x270 sa izrezom na sredini 45x65 (ljepljivo)
8. donji čaršav 225x260 sa izrezom na sredini 10x100 (ojačan i ljepljiv)

Materijal: polietilen+polipropilen, dvoslojan i troslojan, nepropusan

Stavka 3 - U dijelu **opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi** Set za artroskopiju sa čizmama. Sastavni dijelovi su:

1. čaršav za sto 150x190-ojačan
2. Dva ubrusa za brisanje 30x40
3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana



4. ljepljiva film traka 10x50
5. čaršav za garniranje 150x180
6. kompres 75x90 (ljepljivi dio)
7. gornji čaršav 225x320 sa elastičnim izrezom za artosposke procedure, integrisanom kesom za skupljanje tečnosti, i otvorom za drenažu
Materijal: polietilen+polipropilen, troslojan, nepropusan

Stavka 4 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Sterilne komprese za jednokratnu upotrebu 90cmx70cm, SMS, sa samoljepljivim ivicama

Stavka 5 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Dvoslojni prekrivac za jednokratnu upotrebu 90cmx50cm, nepromočiv

Stavka 6 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Kecelje za jednokratnu upotrebu 75 x 135cm

Stavka 7 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Sterilna kompres 75x90 (ljepljivi dio) za jednokratnu upotrebu 90x75cm sa centralnim otvorom prečnika 10cm i adhezivnom ivicom (SMS, vodootporna)

Stavka 8 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Kese za laparoskopsku kameru – 250cm x 13cm

Stavka 9 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Komplet za hirurgiju koljenog zgloba sa čizmama. Sastavni djelovi su:

1. čaršav za sto 150x190-ojačan
 2. Dva ubrusa za brisanje 30x40
 3. kesa stola za instrumente 80x145 –ojačana
 4. ljepljiva film traka 10x50
 5. čaršav za garniranje 150x180
 6. kompres 75x90 (ljepljivi dio)
 7. gornji čaršav, dvoslojni, 225x320 sa elastičnim izrezom za hirurgiju koljena 7cm
- Materijal: polietilen+polipropilen, troslojan, nepropusan

Stavka 10 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Set za transureteralne resekcije. Sastavni djelovi su:

1. čaršav za sto 150x190-ojačan
 2. Dva ubrusa za brisanje 30x40
 3. velkro ljepljiva traka 2.5x20/24
 4. gornji čaršav 210/225x260 sa elastičnim izrezom za T.U.R. procedure, integrisanom dodatkom za ekstremitete 125cm, sa suprapubičnim otvorom 8cm, integrisanom kesom za skupljanje tečnosti i otvorom za drenažu
- Materijal: polietilen+polipropilen, dvoslojan, nepropusan

Partija 28 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMS), veličina: XL, XXL. Otpornost na penetraciju tečnosti po AATCC127 minimalno 60 cm H₂O. Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.

Partija 29 - U dijelu opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi
Hirurški mantili za jednokratnu upotrebu (SMMS/40-50g/m²/sa vodonepropusnim pojačanjima prednjeg dijela i



podlaktica), veličina: XL, XXL. Otpornost na penetraciju tečnosti po AATCC127 minimalno 140 cm H₂O. Mantil se nalazi u sterilnom omotu sa dva sterilna peškira za ruke.

Partija 111 – U dijelu **opis partije mijenja se i sada glasi** Optike kompatibilne sa laparaskopskim stubom 4K proizvođača OLYMPUS I STORZ

Partija 111

Stavka 1 - U dijelu **opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi** Optika 10mm, 0 stepeni, vidno polje 88 stepeni

Stavka 2 - U dijelu **opis predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke mijenja se i sada glasi** Optika 10mm, 30 stepeni, vidno polje 88 stepeni

U dijelu tenderske dokumentacije:

DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE¹

Dodaje se uslov:

Za proizvode koji predstavljaju biocidne proizvode ponuđač je dužan dostaviti:

Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore o davanju dozvole za obavljanje djelatnosti prometa, upotrebe i skladištenja biocida.

Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda.

NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Mijenja se i sada glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 16.07.2026. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 16.07.2026. godine u 10:00 sati.

Ponuda se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.

Izjava privrednog subjekta (verifikovana elektronskim potpisom) i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda, radnim danima od 07:00 do 14:00 sati, na adresi – Ankerski bulevar br. 3, kancelarija broj 11 (Odjeljenje za javne nabavke), zaključno sa danom 16.07.2026. godine do 10:00 sati.

¹ Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

**Uputstvo o pravnoj zaštiti**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

U ime Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Jelena Poparić, dipl.pravnica

Jelena Poparić
S.R.