

PREGLED POSTUPKA #118410

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU DOM ZDRAVLJA BAR
PIB	02015137
E-mail	domzdravljabar@t-com.me
Telefon	030/311-001
Internet adresa	domzdravljabar.com
Fax	030/314-748
Adresa	Jovana Tomaševića 32
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sitan inventar u medicinske svrhe
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nerma Kalamperović
Kontakt	030/314-748
Datum objave	30.06.2026. 13:00

Napomena	U skladu sa članom 87 stav 7 Zakona o javnim nabavkama, zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, odnosno zbog nemogućnosti predviđanja različitih okolnosti koje mogu uticati na potrošnju roba iz tehničke specifikacije, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke. U skladu sa prethodno navedenim Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti na iznos opredijeljenih sredstava nabavke tj. do procijenjene vrijednosti nabavke, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponuđača.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sitan inventar u medicinske svrhe	30.06.2026 13:00	06.07.2026 09:00	06.07.2026 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU DOM ZDRAVLJA BAR Sitan inventar 42900000 - Razne opšte i mašine za posebne namjene	8.264,46 EUR	1.735,54 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
IZJAVA	Obrazac 2
Ugovor se zaključuje na period od godinu dana ili do utroška procijenjene vrijednosti, u zavisnosti šta prvo nastupi kao okolnost;	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture o isporučenoj robi	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Način isporuke: Sukcesivno, prema potrebama Naručioca	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: JZU Dom zdravlja Bar	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđena cijena podrazumijeva uračunate troškove dostave roba na adresu naručioca;	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostaviti izjavu o nepromjenljivosti cijena u ugovorenom periodu.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane ovlašćenog /ih lica Naručioca prilikom prijema robe, uvidom u isporučenu robu i provjerom usklađenosti sa zahtijevanim/ponuđenim karakteristikama. Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Period od godinu dana od zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, u zavisnosti od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.264,46 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Stetoskop	Anatomski oblikovan metalni dio sa unutrašnjom oprugom za podešavanje kontaktnog pritiska. Mekane rotirajuće olive. Bez lateksa. Precizna dvostruka glava od nerđajućeg čelika	1,00 komad
2	Stetoskop baby	Anatomski oblikovan metalni dio sa unutrašnjom oprugom za podešavanje kontaktnog pritiska. Mekane rotirajuće olive. Bez lateksa. Precizna dvostruka glava od nerđajućeg čelika	1,00 komad
3	Otoskop, ksenonski	sa ksenonskim svjetlom od 2,5 V, sa višekratnim spekuluma od 2, 3 i 4 mm, uklonjivi uveličavajući objektiv sa 4-strukim uvećanjem koji se može okretati u oba smjera.	1,00 komad
4	Aparat za pritisak	Otporan na udarce i padove sa visine od 1 m, u skladu sa standardom DIN EN 81060-1:2012-08. Precizni centil za otpuštanje vazduha sa finim podešavanjem i bez habanja. Dijafragma koja ima kapacitet opterećenja pritiskom do 600 mm Hg. Specijalno kaljena dijafragma od bakar-berilijuma, sa preciznim kretanjem. Bez lateksa. Metalna osnova ventila. Ergonomska ručka u obliku kašike od nerđajućeg čelika.	1,00 komad
5	Glukomjer Accucheck guide	pouzdana rezultati mjerenja za 5 sekundi; mala količina krvi; prosječna vrijednost za razdoblja od 7,14,30, i 90 dana; memorija sa kapacitetom čuvanja 500 rezultata mjerenja; USB priključak za prenos podataka	1,00 komad

6	Accuchek guide trake	pakovanje od 50 komada	1,00 kutija
7	Accuchek Softclix lancete	pakovanje od 25 komada	1,00 kutija
8	Papir za EKG Cardioline ECG100S	dimenzije: 100x150 mm, preklop 180 lista	1,00 komad
9	Papir za EKG Cardiline ar600	dimenzije: 60 mm x 15 m (int.15mm) rolna	1,00 komad
10	Papir za EKG Cardiline AR1200view	dimentije: 120mm x 20m (int.19mm) rolna	1,00 komad
11	Gel ultrazvuk	5kg, providni	1,00 komad
12	Filter za spirometar	otpor: 60 Pa/L/s; efikasnost filtriranja bakterija: 99,9999%; efikasnost filtriranja virusa: 99,9999 %; dijametar: 100mm; dužina: 75mm, promjer strane koja jse postavlja na uređaj: 30mm; mogućnost dodavanja adaptera za uređaje sa promjerom od 28mm; oblik strane ka pacijentu: eliptičan (prilagođen obliku usana); pakovanje od 50 komada	1,00 kutija
13	Elektrode	jednokratne elektrode za EKG sa dugme priključkom; pakovanje od 50 komada	1,00 kutija
14	Sl. Cijev fluo	TUV 30W	1,00 komad
15	Poveska za vađenje krvi	Materijal: poliester/guma Dužina: 56 cm, širina: 2,4 cm Da može da se pere na temperaturi 60/90°C i sterilisati u autoklavu	1,00 kom

16	Invalidska kolica	Celicni okvir u plavoj boji - pneumatski zadnji tockovi ? 61 cm sa okvirom od hromiranog celika - prednji tockovi PU ? 20 cm - kocnice na zadnjim tockovima - pokretni tapacirani nasloni za ruke koji - nasloni za noge se mogu uklanjati, plocice se mogu podešavati - crno nailon sjedište • masimalna nosivost: 120 kg dimenzije sjedišta: 46 cmx 44 cm visina sjedišta: 50 cm	1,00 kom
17	Vaga za bebe digitalna	Može da služi za mjerenje beba ili kao podna vaga za mjerenje dece do 20 kg Mjerni opseg od 0,01 kg do 20 kg Udobno ležište za bebe koje može da se skine sa baze Veliki i lako citljivi LCD ekran Napajanje: baterijsko Funkcije: TARE, HOLD, BMIF (mjerenje unosa majcinog mlijeka) Klasa odobrenja: IIII Registrovana i baždarena u Zavodu za metrologiju CG	1,00 kom

18	Pulsni oksimeter pedijatrijski	Ulaz oblikovan tako da odgovara dečjim prstima debljine 8-16 mm. • Puls - Opseg: 30-240 bpm Rezolucija: 1 bpm • SpO2 - Opseg: 35%-99% • Indeks perfuzije - Opseg: 0-20%	1,00 kom
19	Hvatalica Pean-prava, 14 cm	14cm, prava	1,00 kom
20	Pinceta anatomska, prava, 16 cm	16cm, prava	1,00 kom
21	Pinceta hirurška, prava, 16 cm	16cm, prava	1,00 kom