

PREGLED POSTUPKA #118480

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I
PIB	02010496
E-mail	bolnicact@t-com.me
Telefon	041/231-336
Internet adresa	www.daniloprvi.me
Fax	041/231-336
Adresa	Vuka Mićunovića bb
Grad	Cetinje
Poštanski broj	81250

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Portabilni UZ aparat-Interno odjeljenje
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragan Dapčević
Kontakt	067669624
Datum objave	01.07.2026. 14:30
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I Portabilni UZ aparat-Interno 33100000 - Medicinska oprema	24.750,00 EUR	5.250,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je godinu dana od zaključivanja ugovora ili do iskorišćenosti finansijskog iznosa ugovora. Isporuka će se vršiti sukcesivno u ponuđenom roku na osnovu pisane narudžbe naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Sjedište naručioca	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Virmanski po isporuci robe i ispostavljanju fakture.	Način plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata (IRMS Portal Poreske uprave Crne Gore) ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za svaki proizvod koji se nudi navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenih proizvoda (uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem broja pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenih proizvoda.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlašćenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva)	Drugi uslovi
Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača. Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nijesu deklarirani kao medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi rešenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili izjavu proizvođača kojom se to dokazuje	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši obuku za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, za medicinsko osoblje koje će raditi na istoj, ukoliko krajnji korisnik ocijeni da je neophodno.	Drugi uslovi
Ponuđena roba mora biti nova i nekorišćena.	Drugi uslovi
onuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će se proizvoditi djelovi i da će se omogućiti servisna podrška za ponuđeni uređaj najmanje 5 godina nakon isteka garantnog roka.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Minimalni garantni rok koji ponuđač mora ponuditi iznosi 2 (dvije) godine. Ponude sa garantnim rokom kraćim od minimalno zahtijevanog neće biti prihvatljive. Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 10 bodova. Bodovanje ponuda vršiće se primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način da ponuda sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dobija maksimalan broj bodova, dok se ostale ponude boduju proporcionalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok. Broj bodova po osnovu garantnog roka obračunava se prema formuli: $\text{Broj bodova} = (\text{ponuđeni garantni rok} / \text{najduži ponuđeni garantni rok}) \times \text{maksimalan broj bodova}$ Ponuđeni garantni rok iskazuje se u godinama.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.750,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		1.1 Portabilni ultrazvučni aparat zadnje generacije, na kolicima. 1.2 Monitor visoke rezolucije veličine minimum 15 inča dijagonale, sa mogućnošću rotiranja za $\pm 90^\circ$ i minimalne rezolucije 1920x1080 piksela. 1.3 Kolica sa 4 točka od kojih minimalno 2 točka moraju imati blokadu. 1.4 Kontrolna tabla sa integrisanim touch screen monitorom za brži odabir funkcija od minimum 19x11 cm (7x4 inča), minimalne rezolucije 1024 x 600 piksela, alfanumerička tastatura, mehanička integrisana ili na touch screenu, minimum 8 TGC klizača, integrisani sistem hlađenja sa tihim ventilatorima, minimum 2 USB priključka, Ethernet RJ45. 1.5 Maksimalni dinamički raspon od 300dB ili više. 1.6 Hard disk ili SSD memorije od minimum 450 GB. 1.7 Minimum dva aktivna priključka za sonde na aparatu, uz elektronski odabir sondi, kao i minimum dva priključka na kolicima. 1.8 Podržavanje sledećih sondi: konveksnih, mikrokonveksnih, linearnih, sektorskih phased array, endokavitarnih, volumetrijskih, transrektalnih i pencil ultrazvučnih sondi. 1.9 Frekventni raspon uređaja od 1-22 MHz ili šire.	

1	Portabilni UZ aparat (Interno odjeljenje)	1.10 Dubina prikaza slike minimum 40 cm. 1.11 Broj digitalnih procesorskih kanala minimum 4.000.000 1.12 Prenos video signala; formati - DICOM, AVI. 1.13 Windows 10, operativni sistem. 1.14 Mogućnost podešavanja visine kolica. 2. Način rada sistema 2.1 2D (B-Mod). 2.2 PW Doppler, PW Doppler sa visokim PRF načinom rada (High PRF Doppler). 2.3 CW Doppler. 2.4 CFM (kolor doppler). 2.5 Power Doppler i direkcijski Power Doppler. 2.6 TEI način rada ili ekvivalent način rada. 2.7 Duplex način rada (2D i Doppler način rada). 2.8 Triplex način rada (2D + kolor doppler + PW doppler). 2.9 M-mod. 2.10 HD Zoom u realnom vremenu; Zoom na živoj slici minimum 20x i na zamrznutoj slici minimum 10x. 2.11 Četvorougao prikaz slike (slika u realnom vremenu + 3 zamrznute slike). 2.12 Mogućnost čuvanja slika i klipova u memoriji uređaja; Mogućnost komparacije arhiviranih slika i klipova sa akvizicijama u realnom vremenu; Mogućnost mjerenja na arhiviranim slikama; 2.13 Mjerenja i analize svih numeričkih parametara za opšta radiološka i kardiološka mjerenja. 2.14 Obavezna tehnika koja poboljšava obrazac svakog kadra na nivou piksela, eliminišući artefakte spektra i buke, dinamički povećavajući rubove tkiva, poboljšavajući vidljivost tkiva i povećavajući dijagnostičku pouzdanost kroz prilagodljivi algoritam u realnom vremenu.	1,00 kom
---	---	---	----------

- 2.15 Obavezna tehnika koja primjenjuje upravljanje snop-linijom i dobija nekoliko koplanarnih skeniranja organa iz različitih uglova gledanja. Poboljšava kvalitet slike smanjujući artefakte, sjenke i mrlje.
- 2.16 Obavezna tehnika sa velikom osjetljivošću za otkrivanje sporog protoka krvi.
- 2.17 Obavezna tehnika panoramskog snimanja koja spaja više B-moda slika u jednu kompletnu panoramsku sliku, proširujući vidno polje na čitave organe.
- 2.18 Obavezna tehnika automatskog podešavanja parametara slike u 2D načinu rada, CFM (kolor doppleru) i PW doppleru pritiskom na dugme.
- 2.19 Mogućnost nadogradnje DICOM protokolima sa spajanjem na DICOM server.
- 2.20 Integrisane baterija; Mogućnost rada pomoću baterije od minimum 120 minuta;
- 2.21 Težina uređaja sa baterijom maksimalno 7.5 kg;
3. Sonde:
- 3.1 Linearna sonda: Širokopojasna linearna elektronska sonda, sa frekventnim opsegom od 4 do 15 MHz ili šire i vidnog polja od minimum 45 mm.
- 3.2 Konveksna sonda: Širokopojasna konveksna elektronska sonda, sa frekventnim opsegom od 1 do 8 MHz ili šire i vidnog polja od minimum 60°.
- 3.3 Sektorska sonda: Širokopojasna phased array elektronska single crystal sonda, sa frekventnim opsegom od 1 do 5 MHz ili šire i vidnog polja od minimum 85°.