



Zdravstvena ustanova Apoteke CG Montefarm

Broj: 1261/1-5826

Podgorica, 06.07.2026.godine

Predmet: Odgovor na Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine, šifra postupka #116795 – Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826)

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine, dostavljenim putem ESJN dana 03.07.2026.godine u 14:26h, dajemo odgovor na postavljeno pitanje.

Pitanje:

„Nakon uvida u tendersku dokumentaciju, šaljemo zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije u skladu sa ZJN, koji se odnosi na tehničke karakteristike za partiju 8 – Set za torakalnu punkciju sa vodičem i Y nastavci za torakalnu drenažu.

Ovom partijom, za poziciju 1, tražen je proizvod:

„Set za torakalnu punkciju sa vodičem i mekanim kateterom, sigurnosnom kanilom, igla 9 Ch, trokrakom slavinom, špicem od 30 do 60ml i drenažnom kesom min 2000 ml.“

Molimo za dodatno pojašnjenje jer smatramo da se zahtjev igla 9 Ch odnosi na kateter veličine 9Ch te tehnička specifikacija nije dobro postavljena. Svaki set za pleuralnu punkciju sadrži u sebi pripadajuću iglu (Veress iglu) koja odgovara datom setu, pa njeno navođenje nije potrebno. Veličine se odnose na katetere.

Proizvod koji nudimo sadrži **RTG kontrastni kateter veličine 8 Ch sa integrisanom sigurnosnom punkcionom iglom**, namijenjen za izvođenje pleuralne punkcije i postavljanje katetera za drenažu.

Obzirom da je u pitanju veličina katetera, koja nije tražena, napominjemo da razlika između katetera veličine 8 Ch i 9 Ch iznosi svega **1 Ch (0,33 mm spoljnog promjera)** što ne predstavlja klinički značajnu razliku u pogledu funkcionalnosti, sigurnosti niti efikasnosti izvođenja postupka. Kateter veličine 8 Ch omogućava jednaku namjenu – izvođenje pleuralne punkcije i efikasnu drenažu pleuralnog sadržaja, pri čemu integrisana sigurnosna Veress igla omogućava sigurno uvođenje katetera.

Molimo za dodatno pojašnjenje za partiju 8 pozicija 1.“



**U nastavku dajemo sljedeći odgovor:**

Komisija za sprovođenje postupka nabavke je izvršila analizu i daje mišljenje da je specificirani proizvod kako ste naveli u potpunosti odgovarajući, jer neznatno manji promjer katetera i igle nema negativnog kliničkog uticaja, već tanji kateter i igla stvara manju traumu kod pacijenta, te navedena razlika nema bitnog značaja.

Predsjednik komisije
za sprovođenje postupka javne nabavke
Vladan Radović, dipl. oec.

