



Zdravstvena ustanova Apoteke CG Montefarm

Broj: 1267/1-5826

Podgorica, 07.07.2026.godine

Predmet: Odgovor na Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine, šifra postupka #116795 – Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826)

U vezi sa Zahtjevom za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 1160/1-5826 od 17.06.2026. godine, dostavljenim putem ESJN dana 06.07.2026.godine u 14:56h, dajemo odgovor na postavljeno pitanje.

Pitanje:

„U vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmet javne nabavke „Nabavka potrošnog materijala za operacione blokove (5826)“, molimo za pojašnjenje tehničke specifikacije za **Partiju 103 – Bowie-Dick test**.

Radi pripreme odgovarajuće i uporedive ponude, molimo da precizirate:

1. Da li je traženi **Bowie-Dick test** namijenjen za **velike parne sterilizatore** ili za **male parne sterilizatore**?
2. Ukoliko je namijenjen za velike parne sterilizatore, molimo da navedete da li se odnosi na sterilizatore kapaciteta **do 7 kg** ili **preko 7 kg**.
3. Molimo da precizirate da li naručilac zahtijeva **standardni Bowie-Dick test** ili **Mini Bowie-Dick test**.

Navedeno pojašnjenje je neophodno kako bi ponuđači mogli ponuditi odgovarajući proizvod koji u potpunosti odgovara potrebama naručioca i kako bi sve dostavljene ponude bile međusobno uporedive.“

U nastavku dajemo sljedeći odgovor:

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je analizirala Vaš zahtjev i daje sledeća pojašnjenja :

-Bowie Dick test je namijenjen za kontrolu rada parnih sterilizatora (kontrole ispravnosti rada, puštanja vazduha...) u roku od 3,5 min na 134C . S obzirom da ga koristi više ustanova, veći je raspon veličine sterilizatora, ali se odnosi na sterilizatore kapaciteta do 7 kg.

Traženi Bowie Dick test je standardni (nema odrednice mini).

Predsjednik komisije
za sprovođenje postupka javne nabavke
Vladan Radović, dipl. oec.

