



Broj: 04-7283
Podgorica: 10. 07. 2026

Džona Džeksona bb, 81 000 Podgorica
Telefon: 020/412-888, Fax: 020/243-728
www.ijzcg.me
ijzcg@ijzcg.me
PIB: 02015340 PDV: 30/31-08180-6

Shodno članu 95 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.CG 074/19, 003/23, 011/23, 084/24), Institut za javno zdravlje Crne Gore objavljuje:

P O J A Š N J E N J E
PO TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 2/II-2026(01-7028)

Testovi i reagensi za medicinsku mikrobiologiju

Zahtjev za pojašnjenje/pitanje privrednog subjekta od 07.07.2026. godine

PITANJE:

Testovi i reagensi za medicinsku mikrobiologiju, a vezano za sve partije Brzih imunohromatografskih testova

„1. Ukoliko se u partiji nalazi jedna stavka, a bodovanje je 50 pondera cijena, i 50 pondera kvalitet- pri čemu 20 pondera ide na Specifičnost i Senzitivnost- opisano je da će 20 pondera dobiti ponuđač čiji test ima najveću Specifičnost i Senzitivnost - a svi ostali ponuđeni testovi dobiće po 10 pondera – naše pitanje glasi:

- ako test jednog Ponuđača ima veću Specifičnost a nižu Senzitivnost a test drugog Ponuđača ima manju Specifičnost i višu Senzitivnost koji test će biti bodovan sa 20 pondera?...

2. Ukoliko se u partiji nalazi više stavki a bodovanje je 5 pondera cijena, i 50 pondera kvalitet za cijelu Partiju – pri čemu 20 pondera ide na Specifičnost i Senzitivnost, a svaka stavka u Partiji ima različitu Specifičnost i Senzitivnost kakav je onda postupak bodovanja?“

ODGOVOR:

Pitanje 1:

Kriterijum kvaliteta „Analitička specifičnost i senzitivnost“ vrednuje se analizom dostavljenih dokaza od strane ponuđača.

Prilikom ocjene navedenog kriterijuma, pored performansi testa koje je proizvođač naveo u uputstvu za upotrebu, uključujući analitičku senzitivnost i analitičku specifičnost, u obzir će se uzeti i vrsta referentnog testa korišćenog za poređenje, kao i broj uzoraka obuhvaćenih studijom.

Ukoliko se na osnovu navedenih kriterijuma ne može nedvosmisleno utvrditi da testovi jednog ponuđača ostvaruju bolje performanse u odnosu na testove drugih ponuđača, svim ponuđenim proizvodima dodijeliće se isti broj bodova.

Pitanje 2:

Kriterijum kvaliteta „Analitička specifičnost i senzitivnost“ vrednuje se analizom dostavljenih dokaza od strane ponuđača.

Prilikom ocjene navedenog kriterijuma, pored performansi testa koje je proizvođač naveo u uputstvu za upotrebu, uključujući analitičku senzitivnost i analitičku specifičnost, u obzir će se uzeti i vrsta referentnog testa korišćenog za poređenje, kao i broj uzoraka obuhvaćenih studijom.

Ukoliko se na osnovu navedenih kriterijuma ne može nedvosmisleno utvrditi da testovi jednog ponuđača ostvaruju bolje performanse u odnosu na testove drugih ponuđača, svim ponuđenim proizvodima dodijeliće se isti broj bodova.

U ime komisije za sprovođenje postupka javne nabavke


dr Željka Zeković, predsjednica