

JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
Broj: 08-426/26-2019
Bijelo Polje, 16.07.2026. god.

Predmet: Izmjena tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke

Shodno čl. 94 stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG broj 74/19, 03/23 , 11/23 i 84/24) JZU Dom zdravlja Bijelo Polje u svojstvu Naručioca daje:

**IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 08-426/26-1930 OD 07.07.2026
GODINE ZA NABAVKU ROBA – ULTRAZVUČNI APARAT ZA GINEKOLOGIJU**

1. Izmjena tenderske dokumentacije odnosi se na izmjenu tehničke specifikacije predmeta javne nabavke, u dijelu opisa predmeta nabavke i bitne karakteristike predmeta nabavke:

Stavka 6: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasiće:
“LCD LED monitor, dijagonale minimum 23”, full HD rezolucije 1920x1080, na pokretnoj ruci sa mogućnošću podešavanja nagiba i rotacije.”

Stavka 9: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasiće:
„Kontrolni panel sa integrisanom alfanumeričkom tastaturom, mehaničkom i/ili na ekranu osjetljivom na dodir, sa pozadinskim osvjetljenjem, podesiv po visini i sa mogućnošću rotacije,,

Stavka 14: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasiće:
„Najmanje 5 sivih (gray) mapa i najmanje 5 obojenih (tint) mapa u B modu”

Stavka 19 u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasi:
Neka od compound tehnika sa min. 5 nivoa/koraka

Stavka 29: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasiće:
“Minimum 3 programabilna tastera za direktan odabir najčešće korišćenih sondi i programa, Probe Favorites ili ekvivalentno.”

Stavka 36.5: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasiće:
“Export podataka u formatima: Raw Data ili funkcionalno ekvivalentni format, DICOM Files, najmanje jedan od formata za statičku sliku (BMP, TIFF ili JPEG) i najmanje jedan od formata za video zapis (AVI ili MP4).”

Stavka 38.1: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasiće:

„Konveksna volumetrijska sonda za ginekologiju i akušerstvo, Frekventni opseg (max. bandwidth): 2 – 7 MHz ili šire, Broj elemenata: min. 192, Maksimalno vidno polje (FOV max): B-mod min. 90°, volumenski sken min. 80° x 90°“

Stavka 38.2.: u tehničkoj specifikaciji se mijenja i glasi:

"Mikrokonveksna sonda za ginekologiju i akušerstvo Frekventni opseg (max. bandwidth): 4-9 MHz ili šire Broj elemenata: minimum 192 Maksimalno vidno polje (FOV max): minimum 180°."

2. Mijenja se tačka 9 tenderske dokumentacije i glasiće:

9.NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 31.07.2026 godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 31.07.2026 godine u 11:00 sati.

☒ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul.Voja Lješnjaka bb, Bijelo Polje.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JZU Dom zdravlja Bijelo Polje, ul.Voja Lješnjaka bb, Bijelo Polje.

radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 31.07.2026 godine do 11:00 sati.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



Presjednica komisije za

spровоđenje postupka javne nabavke

Stanka Jovanović

Stanka Jovanović