

PREGLED POSTUPKA #119119

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR
PIB	02032651
E-mail	mirjana.obk@t-com.me
Telefon	032/325-788
Internet adresa	www.jzuobkotor.me
Fax	032/325-405
Adresa	Njegoševa bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Redovan godišnji servis sterilizatora APS 669 "Sutjeska" (OJ MELJINE)
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ninela Plamenac
Kontakt	032/325-788
Datum objave	16.07.2026. 13:20
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	ZU KLINIČKO - BOLNIČKI CENTAR KOTOR Redovan godišnji servis automatskog parnog sterilizatora "Sutjeska" (KBC Kotor i OJ Meljine) 50400000 - Usluge popravki i održavanja medicinske i precizne opreme	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
1. Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti, za obavljanje djelatnosti, da • je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Uslovi za obavljanje djelatnosti
2. Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23 i 36/23) - Obrazac 2.	Obrazac 2
3. Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
4. Rok izvršenja ugovora je minimum 10 (deset), a maksimum 25 (dvadesetpet) dana od dana zaključivanja ugovora, a ponuđač je dužan da navede tačan rok izvršenja.	Rok izvršenja ugovora
5. Mjesto izvršenja ugovora je ZU Kliničko-bolnički centar Kotor - Organizaciona jedinica Meljine.	Mjesto izvršenja ugovora
6. Rok plaćanja je odložen, u roku od 30 dana od dana kompletno i uredno izvršene usluge i ispostavljene fakture, na kojoj je naveden broj postupka javne nabavke, a uz dostavu Izvještaja/Zapisnika o izvršenom redovnom servisu, testiranju probnog rada i puštanju u rad.	Rok plaćanja
7. Način plaćanja je virmanski na žiro-račun ponuđača. Ponuđač je dužan navesti naziv poslovne banke i broj žiro-računa na koji će se izvršiti plaćanje.	Način plaćanja
8. Ponuđač je dužan dadostavi izjavu da će se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika odazvati pozivu u roku od 48 sati i da kvar otkloniti u roku najduže do 7 dana od dana dijagnostike kvara, osim u slučajevima kada popravka zahtjeva isporuku i zamjenu jednog ili više rezervnih djelova kada rok za popravku može biti najduže do 30 dana.	Drugi uslovi

9. GARANTNI ROK. Garantni rok na izvršenu uslugu ne može biti kraći od 6 mjeseci. Ponuđač je dužan da navede garantni rok koji nudi.

Garantni rok

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Silikonski dihtung vrata SU66	silikonski dihtung vrata SU66	1,00 kom
2	Baktericidni filter	baktericidni filter	1,00 kom
3	Grijač generatora pare R5/4 9KW sonda	grijač generatora pare R5/4 9KW sonda	1,00 kom
4	Grijač generatora pare R5/4 9KW	grijač generatora pare R5/4 9KW	4,00 kom
5	Nivo regulator generator pare sa plovkom	nivo regulator generator pare sa plovkom	1,00 kom
6	Plovak na skupljaču vode	plovak na skupljaču vode	1,00 kom
7	Brzi odvajač kondenzata	brzi odvajač kondenzata	2,00 kom
8	Kontaktor grijača	kontaktor grijača	2,00 kom
9	Pilot ventili	pilot ventili	2,00 kom
10	Set za reparaciju vakuum pumpe	set za reparaciju vakuum pumpe	1,00 kom
11	Dihtung grijača	dihtung grijača	5,00 kom
12	Dihtung flanšne grijača	dihtung flanšne grijača	1,00 kom
13	Dihtung flanšne generatora	dihtung flanšne generatora	1,00 kom
14	Dihtunzi razni	dihtunzi razni	20,00 kom

15	Radovi /Usluge	Demontaža grijača, flanšni i nivo regulatora generatora pare; Otklanjanje naslaga kamenca iz generatora i sa pripadajuće cijevne instalacije: Zamjena grijača, zamjena grijača sa sondom, zamjena nivoa regulatora generatora pare sa plovkom, zamjena dihtunga flanšni grijača i generatora pare, , zamjena brzih odvajača kondenzata, pilot ventila i kontaktora grijača, zamjena dihtung gume na vratima, zamjena baktericidnog filtera, reparacija vakuum pumpe, provjera parametara sterilizacije, puštanje u probni rad i testiranje uređaja nakon završenog servisa po svim programima sterilizacije	1,00 paušalno
----	----------------	---	---------------