

OBRAZAC 1

ZU Kliničko-bolnički centar Kotor
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:43 -02-421
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 52
Kotor , 16.07.2026. godine

Na osnovu člana 53 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23,11/23,84/24) ZU Kliničko-bolnički centar Kotor objavljuje

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za nabavku

ultrazvučnog aparata za potrebe Kardiologije

Predmet nabavke se nabavlja:

- kao cjelina

1. POZIV ZA NADMETANJE¹

1. Podaci o naručiocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
 - 2.1. Vrsta postupka,
 - 2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
 - 2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke ,
 - 2.4. Način nabavke:
 - Cjelina, po partijama,
 - Zajednička nabavka,
 - Centralizovana nabavka,
 - 2.5. Posebni oblik nabavke:
 - Okvirni sporazum,
 - Dinamički sistem nabavki,
 - Elektronska aukcija,
 - Elektronski katalog,
 - 2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje,
 - 2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
 - 2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda,
 - 2.9. Rok za donošenje odluke o izboru,
 - 2.10. Rok važenja ponude,
 - 2.11. Garancija ponude
- 1.1.

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE²

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
Ultrazvučni aparat za potrebe kardiologije	1. Tehnologija transformacije ultrazvučne metrike iz konvencionalnog formiranja vazduha u obradu podataka zasnovanu na kanalnoj obradi, čime se prevazilazi tradicionalno ograničenje kompromisa među prostornom rezolucijom, vremenskom rezolucijom i ujednačenosti tkiva, a pružajući pritom izuzetan kvalitet slike. 2. Ultrazvuk se može primjenjivati za sledeće aplikacije: abdomen, akušerstvo, ginekologija, kardiologija, urologija, vaskularna, pedijatrija, hitna medicina, anestezija, manji delovi (tiroida), radiologija. 3. Pokretanje sistema nakon isključivanja od maksimalno 30 sekundi, iz stanja pripravnosti od maksimalno 5 sekundi. Isključivanje sistema za maksimalno 30 sekundi. 4. Visina sistema se može spustiti na maksimalnu visinu od 1. metra za potrebe transporta sistema 5. Super tih dizajn sistema sa maksimalno 26 db 6. LCD monitor, minimalne dijagonale 23.8'', sa mogućnošću podešavanja tilta od minimalno 105°, sa rezolucijom od minimalno 1920x1080 i automatskim podešavanjem radnog osvetljenja monitora u odnosu na promjenu okruženja. 7. Ekran u boji osjetljiv na dodir	1	kom

¹ Podatke iz tačke 1. Poziv za nadmetanje naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

² Podatke iz tačke 2. Tehnička specifikacija predmeta javne nabavke naručilac neposredno UNOSI na ESJN elektronskim putem;

	minimalne dijagonale 15.6'' i minimalne rezolucije 1280x1080 koji se može rotirati za minimalno 40°. 8. Uređaj posjeduje inteligentnu, plutajuću kontrolnu tablu (mogućnost podešavanja pozicije u punom prostoru pomoću jedne lako dostupne ručice, sa fiksiranjem u bilo kojoj poziciji) za raspored specifičnih kliničkih pregleda i prilagodljivo podešavanje: 6 programabilnih tipki za dinamički prikaz korisnički definisanih funkcija. Na kontrolnoj tabli se nalazi svjetlosna indikacija za preostalo napajanje baterije. 9. Aparat treba da posjeduje minimalno 5 aktivnih portova za ultrazvučne sonde i jedan port za pencil sondu. 10. Aparat treba da ima dodatno baterijsko napajanje koje omogućava minimalno 120 minuta neprekidnog skeniranja. Indikator preostalog napajanja baterije vidljiv i bez uključivanja samog sistema. 11. Aparat treba da posjeduje grijač gela sa podešavanjem pozicije 12. Tipovi sonde: linearna, konveksna, fazna, volumetrijska (4D) 13. Dubina skeniranja minimalno 40 cm ili više zavisno od sonde 14. Modovi snimanja B, THI, PSH, M, Color M mod, Color Doppler, Power Doppler, PW, CW doppler, TDI 15. Aparat treba da posjeduje prilagodljivu brzinu zvuka za optimalnu tkivno specifičnu sliku baziranu na kanalnoj obradi podataka. 16. Aparat treba da posjeduje poboljšanja detaljnih informacija i kontrasta slike na tačno određenom željenom području. 17. Aparat treba da posjeduje kvantitativnu analizu protoka koja automatski izračunava statistiku procenta piksela u boji unutar sfere interesovanja. 18. Aparat treba da posjeduje automatski alat koji prepoznaje i iscrtaava lezije, mjeri dužinu, površinu i obim duge i kratke ose unutar definisane sfere interesovanja. 19. Aparat treba da posjeduje naprednu tehnologiju obrade slike za prikaz 2D protoka krvi sa 4D vizualizacijom radi lakšeg definisanja i veće jasnoće. Ovaj alat mora biti dostupan u Color/Power modu i mora omogućavati stereoskopski prikaz protoka krvi. 20. Aparat treba da posjeduje automatski protokol radnog toka, koji se može kombinovati sa standardizovanim protokolom pregleda radi efikasnijeg i standardizovanog ultrazvučnog pregleda u klinici uz smjernice za vođenje sa opcijama kao što su: Automatsko dodavanje komentara, oznaka i promjena režima slike u skladu sa protokolom, šabloni koji su prilagodljivi od strane korisnika sa dodatkom uvoza i izvoza šablona i slično. 21. Aparat treba da posjeduje alat za kvantitativnu analizu krutosti krvnih sudova zasnovani na RF podacima, koji automatski prati pokrete gornjeg i donjeg zida krvnog suda, prikazuje pomjeranja i prečnik krvnog suda u prozoru sa rezultatima, kao i krivu kretanja zidova krvnog suda u realnom vremenu. 22. Aparat treba da posjeduje opcioni alat koji omogućava ultra-visoku prostornu rezoluciju i visoku osjetljivost na protok za prikaz izuzetno suptilnih i sporih tokova koji je dostupan u B, Color, Power, Contrast i 3D modu a dodatno podržava podmodove kao što su cUMA, pUMA i sUMA. 23. Aparat treba da ima automatsko mjerenje ejakcione frakcije koje omogućava efikasan način za detekciju lijeve komore i izračunavanje ejakcione frakcije (EF). 24. Aparat mora posjedovati namjenski alat za kontrastno snimanje lijeve komore srca. 25. Aparat treba da ima integrisan SSD minimalne memorije od 128GB i integrisani HDD minimalne memorije od 1TB 26. Aparat treba da posjeduje minimalno 6 portova za komunikaciju od kojih minimalno jedan Tip C port. 27. Ethernet konekcija 28. Aparat treba da ima ugrađen bežični adapter koji se može koristiti kao pristupna tačka za wifi 29. DICOM 3.0 30. HDMI, VGA izlaz, Audio izlaz, S-Video izlaz 31. Konveksna sonda konveksnog radijusa minimalno 60 mm, frekventnog opsega od 1.2-6MHz ili šire sa minimalno 192 elementa i proširenim vidnim poljem minimalno 72° I dubinom skeniranja od 4-40cm ili vise 32. Linearna sonda frekventnog opsega od 3-14 MHz ili šire sa minimalno 256 elementa i vidnim poljem minimalno 5cm. 33. Kardiološka sonda frekventnog opsega od 1.5-4.5 MHz ili šire sa vidnim poljem minimalno 90°. 34. Uz aparat se isporučuje standardni štampač 35. Uz ultrazvučni aparat se isporučuje paket softvera za potrebe kardiologije. 36. Aparat treba da posjeduje stres ehokardiografski softver dostupan na kardiološkoj sondi sa minimalno 14 fabrički definisanih protokola i		
--	--	--	--

	definisana korisničkih protokola. Softver mora imati Akviziciju, prikaz, odabir, poređenje, evaluaciju i arhiviranje višestrukih srčanih petlji sinhronizovanih sa EKG signalom tokom različitih faza pregleda stres ehokardiografije. Mora imati prilagodljive faze pregleda: do 7 prikaza po fazi i do 12 faza po studiji. Mora imati prikaze: minimalno PLAX, SAB, PSAX, SAA, A4C, A2C, ALAX. Mora imati mogućnost snimanja pojedinačnih kadrova ili video-sekvenci u B-modu, M-modu, Color Doppler, PW Doppler i TDI režimu. Mora imati mogućnost mjerenja zapremine lijeve komore (LV) u svim fazama srčanog ciklusa. Aparat mora imati mogućnost buduće nadogradnje TEE softverom -transezofagealnom ehokardiografijom i TEE sandom frekvencijskog opsega od minimalno 2,3–7,2 MHz, brojem elemenata od minimalno 64 elementa, vidnim poljem od minimalno 90°, footprintom od maksimalno 10,6 mm × 10,6 mm.		
--	---	--	--

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora:

- Rok važenja ponude: 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.
- Rok važenja ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja.
- Mjesto izvršenja ugovora: ZU Kliničko-bolnički centar Kotor
- Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture.
- Način plaćanja je virmanski.
- Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.
- Garantni rok ne može biti kraći od 36(trideset i šest) mjeseci od dana instalacije i puštanja u rad. Ponuđač je dužan da navede garantni rok. Ponuđač se obavezuje da će vršiti preventivno održavanje medicinske opreme najmanje jednom godišnje u toku garantnog roka. Ponuđač se obavezuje da će se u toku garantnog roka, odazvati na poziv na dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 24h od prijave kvara, i otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 7 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu djelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u navedenom roku, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 1% vrijednosti opreme u kvaru. Svi troškovi popravke opreme (rezervni djelovi i radni sati servisera) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku garancija se produžava. Ukoliko dobavljač, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati opremu u funkcionalno stanje u roku 15 dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu medicinske opreme sa novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku.
- Ponuđač je dužan da dostavi: - Rješenje o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskog sredstva izdato od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore ili potvrdu o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskih sredstava (uz dostavljanje rješenja kojem je istekao rok važenja), izdatu od Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore. (U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je da dostavi ovlaštenje od lica koje je izvršilo upis ponuđenog medicinskog sredstva.)Drugi uslovi
- Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koji nude medicinsko sredstvo

koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evropske Unije, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju: a. CE znak u zavisnosti od klase; b. Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485; c. Deklaracija o konformitetu; d. Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.

-Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda nijesu deklarirani kao medicinsko sredstvo, ponuđač je dužan da dostavi rešenje Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore.

-Ponuđač je dužan da dostavi ovlašćenje proizvođača da može njegovu robu ponuditi u predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko ovlašćenje proizvođača nije direktno, lice koje posredno daje ovlašćenje ponuđaču mora biti direktno ovlašćeno od strane proizvođača ponuđenih proizvoda, o čemu je ponuđač dužan da dostavi dokaz- ovlašćenje proizvođača ponuđenih proizvoda za posrednika za potrebe predmetnog postupka javne nabavke.

-Ponuđač je obavezan da prilikom pripremanja Finansijskog dijela ponude za proizvode koji se nude navede zaštićeni naziv proizvoda, proizvođača i kataloški broj proizvoda.

-Ponuđač je dužan da dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama ponuđenog proizvoda (uputstvo, katalog ili drugi dokument izdat od strane proizvođača) u kojem su jasno označene (navođenjem pozicije na koju se odnosi) tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda.

-Ponuđač je dužan da na dostavljenim rješenjima o upisu u registar medicinskih sredstava, odnosno dokumentaciji koju dostavlja u slučaju da ponuđeno medicinsko sredstvo nije upisano u registar medicinskih sredstava jasno označi proizvod i poziciju iz tehničke specifikacije predmeta nabavke.

-Ponuđač je dužan da dostavi izjavu proizvođača da će biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge za ponuđene proizvode najmanje 7 godina nakon isteka garantnog roka. Drugi uslovi Ponuđač je dužan da o svom trošku izvrši obuku za rad na predmetnoj opremi kod korisnika, za medicinsko osoblje koje će raditi na istoj, ukoliko krajnji korisnik ocijeni da je neophodno.

-Ponuđeni proizvod mora biti nov i nekorisćen.

-Ponuđač je dužan dostaviti izjavu o servisnoj podršci u kojoj će navesti naziva i sjedišta servisa. ovlašćenog servisa u toku trajanja garantnog roka • Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat proizvođača aparata da je serviser završio odgovarajuću obuku za održavanje ponuđenog ultrazvučnog aparata sa jednim od navedenih dokaza: -Ako je serviser zaposlen kod ponuđača-dokaz o radnom odnosu -Ako serviser nije zaposlen kod ponuđača-ugovor koji ponuđač ima sa ovlašćenim servisom. Drugi uslovi

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE³

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:⁴

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma:

- kao cjeline je **30.633,45€**;

Objašnjenje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:⁵

³ Djelove tenderske dokumentacije iz tačke 3. - 16. naručilac sačinjava u formi word/PDF dokumenta i objavljuje unošenjem (attachment) dokumenta na ESJN;

⁴ Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

⁵ Ukoliko je predmet nabavke podijeljen na partije ovaj dio brisati

S obzirom da se radi o robi-potrošnom materijalu iz oblasti laboratorije od jednog proizvođača, na godišnjem nivou, predmet nabavke nije moguće adekvatno podijeliti na partije, već predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu.

ZAKLJUČIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA⁶

Zaključuje se okvirni sporazum:

☒ ne

☐ da

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

- Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne.

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: ne.

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

⁶ Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- ☐ garanciju za dobro izvršenje ugovora ako su potpisnici dužni da ga izvršavaju⁷, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora⁸

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma⁹:

- odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se relativni (proporcionalni) metod na sljedeći način:

Podkriterijum cijena će se vrednovati relativnim (proporcionalnim) metodom na sljedeći način:

Kao osnov za vrednovanje ponuda uzimaju se ponuđene cijene ispravnih ponuda.

Podkriterijum najniža ponuđena cijena iskazuje na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum - 90 bodova, po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{ponuđena cijena}) * 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

Podkriterijum kvalitet vrednovaće se relativnim (proporcionalnim) metodom na sljedeći način:

Podkriterijum kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova

Za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se rok isporuke ultrazvučnog aparata

Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke izražen u danima.

Prilikom vrednovanja podkriterijuma kvalitet –rok isporuke, uzeće se u obzir ponuđeni rok isporuke **koji je povoljniji od predviđenog maksimalnog roka isporuke od 10 dana**.

Podkriterijum kvalitet iskazuje se na način što se najkraći ponuđeni rok isporuke (izražen u danima) podijeli sa ponuđenim rokom isporuke i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 10 bodova po formuli:

$$\text{Broj bodova}(K) = K (\text{najkraći ponuđeni rok}) / K (\text{ponuđeni rok}) * 10.$$

⁷ Naručilac je dužan da u tenderskoj dokumentaciji odredi da li su potpisnici okvirnog sporazuma dužni da ga izvršavaju

⁸ Garancija se određuje u iznosu koji ne može da bude veći od 10% vrijednosti ugovora.

⁹ Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku i drugim jezicima koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom. Engleski jezik za dio ponude koji se odnosi na: ovlašćenja, uputstva za upotrebu, licence i sertifikate.

Naručilac zadržava pravo da od ponuđača traži prevod dijela ponude koji je dat na engleskom jeziku, ukoliko bude potrebno.

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.08.2026. godine do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.08.2026. godine u 09:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Njegoševa bb; Kotor
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Njegoševa bb, Kotor,

radnim danima od 07 do 14 sati, zaključno sa danom 03.08.2026. godine do 09:00 sati.

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE¹⁰

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili
- 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum

11. TAJNOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke: ne.

12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

¹⁰ Ukoliko je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:¹¹

- *Dobavljač se obavezuje da isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora u svemu pod uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.*

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka – vidljivi nedostaci, Naručilac bez odlaganja obavještava Dobavljača da iste otkloni ili zamijeniti robom ugovorenog kvaliteta.

Dobavljač je obavezan obavijestiti Naručioca o danu isporuke najkasnije tri dana prije dana namjeravane isporuke.

- *Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi Dobavljač.*
- *Dobavljač se obavezuje da o svom trošku, nakon isporuke robe, izvrši montažu, instalaciju, puštanje u rad opreme kod Naručioca..*
- *Dobavljač se obavezuje da izvrši obuku za rad na aparatu, kod Naručioca.*
- *Dobavljač je obavezan da Naručiocu pruži tehničku podršku putem telefona i elektronske pošte.*
- *Dobavljač će predati Naručiocu upustvo za upotrebu prevedeno na jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i servisnu knjižicu po osnovu odobrene garancije.*

- *Ako Dobavljač kasni sa isporukom više od pet dana, nakon utvrđenog roka isporuke, obavezan je da naknadi štetu Naručiocu u visini 1 % ukupne vrijednosti neisporučenog aparata za svaki dan zakašnjenja, najviše do 5%. Utvrđenu visinu štete Naručilac će naplatiti od činidbene garancije iz člana _____ ovog ugovora.*

Stav 1 ovog člana se ne primjenjuje ako je zakašnjenje u isporuci prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem aparata od strane Naručioca i u slučaju nemogućnosti ispunjenja ugovora prema Zakonu o obligacionim odnosima.

- *Dobavljač odobrava garanciju na ugovorenom aparatu u trajanju od _____ godina sa svim garantnim pravima.*

Garancija počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji.

¹¹ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

Dobavljač je odgovoran za ispravnost aparata u garantnom roku u minimum 90% vremena. Dovoljač je i obavezan je obezbijediti servisera koji je prošao obuku proizvođača opreme za održavanje aparata.

Dobavljač će u garantnom roku obavljati sve redovane preventivne inspekcije i servise po preporuci proizvođača, najmanje dva puta godišnje

U slučaju kvara aparata u garantnom roku ovlašćeni serviseri dobavljača su dužni da se po učinjenoj prijavi kvara od strane korisnika u garantnom roku odazovu pozivu u roku od 24 sata i kvar otklone u roku najduže do 7 dana od dana prijave kvara na aparatu.

Ukoliko ovlašćeni serviser ne postupi u roku od 24 časa (odziv), Naručilac može angažovati drugi ovlašćeni servis o trošku Dobavljača.

Ukoliko serviseri Dobavljača ne otkloni kvar u roku iz predhodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru.

Ukoliko serviseri Dobavljača, za vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrate aparat u funkcionalno stanje u roku od 14 (četrnaest) dana, računajući od dana prijave kvara, Dobavljač je dužan da izvrši zamjenu aparata sa novim koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika, o svom trošku. Svi troškovi popravke aparata (rezervni dijelovi i radni sati servisera) u garantnom roku padaju na teret Dobavljača.

Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorenih aparata u garantnom roku garancija se produžava.

- Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, na iznos 5% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.*

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

- Naručilac se obavezuje na preduzimanje svih radnji kako bi Dobavljaču obezbijedio nesmetanu isporuku ugovorenih roba u mjestu isporuke.*
- Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 41 Zakona o javnim nabavkama.*
- Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane Dobavljača i važi 7 (sedam) godina od dana zaključivanja.*

14. ZAHTEJEV ZA POJAŠNENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

ZU Kliničko-bolnički centar Kotor

Broj: 43-01-421/1

Kotor, 16.07.2026. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 084/24),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 43 iz Plana javnih nabavki za 2026. godinu broj 24499 od 30.01.2026. godine, odnosno izmjene broj 1 od 11.03.2026. godine i izmjene broj 2 od 02.04.2026. godine za nabavku za nabavku ROBA- Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe Kardiologije nisam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke..

Ovlašćeno lice naručioca Kumburović dr Davor
s.r.

Službenik za javne nabavke Ivanović Mirjana, dipl. ecc

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke
Kumburović dr Davor
s.r.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,
Ivanović Mirjana
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Vasić Ana
s.r.

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
Govedarica Novo, dipl. ing
s.r.

16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>“.