

ZU Kliničko-bolnički centar Kotor
Broj:43-02-427
Kotor,17.07.2026.godine

Naručilac vrši izmjenu tenderske dokumentacije za nabavku **ULTRAZVUČNOG APARATA ZA POTREBE KARDIOLOGIJE** broj 43-02-421 od 16.07.2026.godine, ,shodno članu 94 Zakona o javnim nabavkama(Sl.list CG broj 074/19,03/23 ,011/23, 084/24) ,ZU Kliničko –bolnički centar Kotor , u svojstvu naručioca ,objavljuje:

IZMJENU BROJ 1 TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Naručilac vrši izmjenu poziva za nadmetanje u dijelu koji se odnosi Tehničke specifikacije predmeta nabavke.Bitne karakteristike predmeta nabavke , na način što se tačka 36 tehničke specifikacijese dijeli na dvije zasebne stavke, na način što se dio tehničkih karakteristika iz ove stavke izdvaja i definiše kao nova stavka br. 37.

mijenja se stavka 36 koja je glasila::

36. Aparat treba da posjeduje stres ehokardiografski softver dostupan na kardiološkoj sondi sa minimalno 14 fabrički definisanih protokola i definisanja korisničkih protokola. Softver mora imati Akviziciju, prikaz, odabir, poređenje, evaluaciju i arhiviranje višestrukih srčanih petlji sinhronizovanih sa EKG signalom tokom različitih faza pregleda stres ehokardiografije. Mora imati prilagodljive faze pregleda: do 7 prikaza po fazi i do 12 faza po studiji. Mora imati prikaze: minimalno PLAX, SAB, PSAX, SAA, A4C, A2C, ALAX. Mora imati mogućnost snimanja pojedinačnih kadrova ili video-sekvenci u B-modu, M-modu, Color Doppler, PW Doppler i TDI režimu. Mora imati mogućnost mjerenja zapremine lijeve komore (LV) u svim fazama srčanog ciklusa. Aparat mora imati mogućnost buduće nadogradnje TEE softverom - transezofagealnom ehokardiografijom i TEE sondom frekventijskog opsega od minimalno 2,3–7,2 MHz, brojem elemenata od minimalno 64 elementa, vidnim poljem od minimalno 90°, footprintom od maksimalno 10,6 mm × 10,6 mm.

Koji se mijenja i sada glasi:

36. Aparat treba da posjeduje stres ehokardiografski softver dostupan na kardiološkoj sondi sa minimalno 14 fabrički definisanih protokola i definisanja korisničkih protokola. Softver mora imati Akviziciju, prikaz, odabir, poređenje, evaluaciju i arhiviranje višestrukih srčanih petlji sinhronizovanih sa EKG signalom tokom različitih faza pregleda stres ehokardiografije. Mora imati prilagodljive faze pregleda: do 7 prikaza po fazi i do 12 faza po studiji. Mora imati prikaze: minimalno PLAX, SAB, PSAX, SAA, A4C, A2C, ALAX. Mora imati mogućnost snimanja pojedinačnih kadrova ili video-sekvenci u B-modu, M-modu, Color Doppler, PW Doppler i TDI režimu.

Dodaje se stavka 37 koja glasi :

37. Mora imati mogućnost mjerenja zapremine lijeve komore (LV) u svim fazama srčanog ciklusa. Aparat mora imati mogućnost buduće nadogradnje TEE softverom -transezofagealnom ehokardiografijom i TEE sondom frekventijskog opsega od minimalno 2,3–7,2 MHz, brojem elemenata od minimalno 64 elementa, vidnim poljem od minimalno 90°, footprintom od maksimalno 10,6 mm × 10,6 mm.

Ova izmjena ne predstavlja izmjenu bitne karakteristike predmeta nabavke, budući da zbirni obim, tehnički standardi, ukupna ugovorena količina i ukupna vrijednost predmetnih stavki ostaju nepromijenjeni i u svemu odgovaraju prvobitno utvrđenim uslovima.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da je rok za otvaranje ponuda određen 03.08.2026.godine , do kojeg roka ima više od 15 dana u skladu sa odredbama člana 54 ZJN , Naručilac neće mijenjati tačku broj 9 predmetne tenderske dokumentacije .

1. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda kraći od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slučaju da je posljednji dan roka za podnošenje ponuda kraći od 24 časa, smatra se da rok ističe istekom tog dana.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednica Komisije za sprovođenje postupka

javne nabavke

Ivanović Mirjana, dipl.ecc

