



J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Ul. Vuka Mićunovića br.5, tel/fax: 041/231-502

Žiro rn: NLB Montenegro banka 530-427-90; Prva banka: 535-9550-44

Црна Гора
JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE

Број акта 1915/3
Цетинје, 06.05.2022. год.

Na osnovu člana 4 stav 7 tačka 2 i 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. list Crne Gore 61/20, 65/20, 71/20, 74/20, 102/20 i 51/21), JZU Dom zdravlja Cetinje objavljuje

Odgovor-pojašnjenje

na Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije broj 16691 od 05.05.2022. godine za nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe službe ID za decu

Zahtjev za izmjenu glasi:

1. U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama, a u vezi sa tenderskom dokumentacijom broj 16691 od 05.05.2022. godine za otvoreni postupak javne nabavke ultrazvučnog aparata za potrebe službe ID za decu, zahtijevamo sledeće izmjene:

U tehničkoj specifikaciji partija 1. tačka 2. traži se da masa aparata sa baterijom iznosi maksimalno 5kg:

Zahtijevamo da se tražena specifikacija izmijeni, tako da se može ponuditi aparat sa baterijom čija masa iznosi 7kg. Pojedini proizvođači imaju portabilne ultrazvučne aparate sa dvije baterije, što utiče na težinu aparata, ali i na mogućnost dužeg rada bez strujnog napajanja. Imajući u vidu da će aparat biti pozicioniran na kolicima izmjena tehničke specifikacije ne bi uticala na kvalitet, a omogućila bi veću konkurentnost.

Odgovor:

Shodno upućenom zahtjevu (od 06.05.2022. godine) ukazujemo na činjenicu da nije riječ o otvorenom postupku javne nabavke, već jednostavna nabavka za nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe službe ID za decu.

Zahtijevana izmjena se ne prihvata iz razloga što tražena težina predstavlja odstupanje od 40% specificirane mase aparata, a što je važan parametar koji utiče na praktičnu i funkcionalnu upotrebu predmeta nabavke. Aparat je namijenjen i za terenske uslove, tako da se neće koristiti samo stacionarno u ustanovi.

2. U tehničkoj specifikaciji partija 1. tačka 11. traži se da aparat posjeduje integrisani SSD kapaciteta minimum 256 GB sa mogućnošću nadogradnje do 1TB:

Kapacitet SSD od 500GB je dovoljan za čuvanje tri miliona snimaka, što je i više nego dovoljno. Tražena mogućnost nadogradnje do 1 TB isključuje nekoliko renomiranih svjetskih proizvođača ultrazvučnih aparata, a u praksi ne donosi benefite lekarima koji će koristiti ultrazvuk. Zahtijevamo da se tehnička specifikacija izmijeni tako da se omogući ponuda aparata sa integrisanim SSD sa mogućnošću nadogradnje kapaciteta do 500GB. Izmjena tehničke specifikacije ne bi uticala na kvalitet, a omogućila bi se konkurentnost.

Odgovor:

Tražena izmjena potencijalnog ponuđača se prihvata. Naručilac će pristupiti neophodnoj izmjeni postupka u ovom dijelu.

3. U tehničkoj specifikaciji partija 1. tačka 22. traži se da aparat posjeduje write zoom visoke definicije (HD) i read zoom minimum 30x:

Tražena specifikacija isključuje nekoliko renomiranih svjetskih proizvođača ultrazvučnih aparata. Zahtijevamo da se tražena specifikacija izmijeni tako da se omogući ponuđačima koji u ponudi imaju aparat sa funkcijom uvećanja read zooma do 20x da učestvuju, a da se tražena karakteristika uvrsti u kriterijum za bodovanje kvaliteta ponuđene opreme. Tako bi ponuđači sa funkcijom read zooma sa većim uvećanjem bili u prednosti, a omogućila bi se konkurentnost.

Odgovor:

Tražena izmjena se ne prihvata. Tačka 22. specifikacije je bitna karakteristika predmeta nabavke, odnosno aparata. Write zoom i read zoom imaju različite funkcije i kliničke benefite. Read zoom je bitan za precizno mjerenje sitnih struktura jer se mjerenje vrši na zamrznutoj slici. Vrijednost parametra read zooma je zato bitna i to ne samo kao pokazatelj kvaliteta aparata već i za svakodnevni rad, a parametrom read zoom min. 30x omogućena je konkurentnost.

4. U tehničkoj specifikaciji, partija 1 tačka 27.2 traži se mogućnost nadogradnje sektorskom sondom sa frekventnim opsegom: 2,5-7,0 MHz ili šire I vidnim poljem sonde (FOV) od minimum 120°:

Tražena specifikacija isključuje nekoliko renomiranih svjetskih proizvođača ultrazvučnih aparata, iako tražena sonda nije predmet nabavke, već se traži samo kao mogućnost nadogradnje. Zahtijevamo da se tražena specifikacija izmijeni, tako da se omogući ponuđačima koji u ponudi imaju sektorske sonde sa frekventnim opsegom od 3-7,0 MHz ili šire I vidnim poljem od 90° da učestvuju. Razlika frekventnog opsega od 0,5 MHz ne predstavlja značajno odstupanje, a tražena karakteristika koja se odnosi na vidno polje sonde se može uvrstiti u kriterijum za bodovanje kvaliteta ponuđene opreme. Tako bi ponuđači sa sektorskom sondom koja ima veću širinu vidnog polja bili u prednosti, a omogućila bi se konkurentnost.

Odgovor:

Djelimično se prihvata. Naručilac usvaja frekventni opseg od 3-7,00 MHz ili šire i vidno polje od 90°. Ne prihvata se dio koji se odnosi na evaluaciju, odnosno uvrstiti ovaj parametar u bodovanje. Naručilac će pristupiti izmjeni postupka za usvojeni dio.

Finalno, Naručilac želi da napomene da je predmet jednostavne nabavke jasno i potpuno određen i predstavlja objektivnu potrebu za predmetom nabavke, a vodeći računa o načelu konkurentnosti. Naručilac u postupcima javnih nabavki iskazuje svoje potrebe, a vodeći se zakonskim odredbama i u konkretnom slučaju Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki. Određeni zahtjevi potencijalnih ponuđača mogu biti usvojeni, kao u konkretnom slučaju, a neki ne jer bi sami postupak predstavljao zadovoljavanje ekonomskih potreba ponuđača, a ne stvarne i objektivne potrebe Naručioca.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke



Predsjednik

Xukotić Jovana

Cetinje, 07.05.2022. godine