

PREGLED POSTUPKA #19147

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JU DOM ZDRAVLJA DIMITRIJE DIKA MARENIĆ DANILOVGRAD
PIB	02015862
E-mail	domzdravljadg@t-com.me
Telefon	020/811-575
Internet adresa	www.dzdg.me
Fax	//
Adresa	I Bokeljške brigade bb
Grad	Danilovgrad
Poštanski broj	81410

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka Biomikroskopa sa aplanacionim tonometrom (špalt lampa)
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dragica Čović
Kontakt	020 811-575
Datum objave	09.05.2022. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	JU DOM ZDRAVLJA DIMITRIJE DIKA MARENIĆ DANILOVGRAD Nabavka Biomikroskopa sa aplanacionim tonometrom (špalt lampa) 33122000 - Oprema za oftalmologiju	9.504,13 EUR	1.995,87 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih Zahtjevom za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke se dokazuje i pisanom izjavom ciji je sadržaj određen Obrascem 2 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki (Sluzbeni list CG br. 61/20, 65/20, 71/20, 74/20 i 102/20,051/21).	ESPD
Rok važenja ponude 60 dana od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora je lokacija naručioca-Dom zdravlja Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun izabranog ponuđača	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana primopredaje, o čemu će se napraviti zapisnik i dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora je maksimum 45 dana od dana zaključenja ugovora	Rok izvršenja ugovora

Uslovi plaćanja obostrano potpisana potvrda o izvršenom poslu	Uslovi plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Obavezni uslovi
Garantni rok minimum 24 mjeseca	Garantni rok
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): 1) Rješenje o upisu ponuđača u registar za promet na veliko medicinskim sredstvima izdato od Instituta (Agencije) za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore; 2) Rješenje o upisu medicinskog sredstva koje je predmet javne nabavke u registar medicinskih sredstava, izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore). Ukoliko je ponuđaču rješenje o upisu u registar medicinskog sredstva isteklo, Naručilac dozvoljava mogućnost dostavljanja potvrde Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore/Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore o prijemu zahtjeva za obnovu rješenja o upisu. U slučaju da ponuđač nije nosilac upisa ponuđenog medicinskog sredstva obavezan je dostaviti ovlašćenje od nosioca upisa da ponuđeno medicinsko sredstvo po predmetnom javnom pozivu može ponuditi naručiocu, kao i rješenje o upisu u registar nosioca upisa. - Izuzetno, ako niko od ponuđača čije su ponude ocijenjene kao ispravne ne nudi medicinsko sredstvo koje je upisano u registar medicinskih sredstava kod Instituta za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, uzeće se u razmatranje i ponude ponuđača koje nude medicinsko sredstvo koje nije upisano u Registar, ukoliko je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u zemljama Evrope, SAD-a, Kanadi, Švajcarskoj, Norveškoj i zemljama bivše SFRJ, za koje moraju dostaviti sledeću dokumentaciju: 1) CE znak u zavisnosti od klase, 2) Sertifikat o sistemu kvaliteta ISO 13485, 3) Dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizviđača	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je dužan dostaviti autorizaciju proizvođača kojim ovlašćuje ponuđača da može učestvovati u predmetnom postupku javne nabavke	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi originalni katalog proizvođača za ponuđeni aparat sa jasno naznačenim tehničkim karakteristikama koje je naručilac zahtijevao tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan u priloženom katalogu zaokružiti ili markirati markerom svaku tehničku karakteristiku koja se zahtijeva, sa naznakom broja karakteristike iz tehničke specifikacije Naručioca. Ukoliko sve zahtijevane karakteristike nisu sadržane u katalogu, ponuđač može dostaviti izjavu proizvođača, pečatiranu i potpisanu od strane ovlaštenog lica proizvođača, kojom se dokazuje da ponuđeni aparat posjeduje zahtijevanu karakteristiku i na kojoj će precizno biti naveden broj stavke i njen puni naziv iz tehničke specifikacije Naručioca na koju se karakteristika odnosi. Katalog i izjava proizvođača mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva prevod i provjeru priloženih informacija.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti izjavu o servisnoj podršci u Crnoj Gori ovlaštenog servisa u toku trajanja garantnog roka • Ponuđač je dužan da dostavi sertifikat proizvođača aparata da je serviser završio odgovarajuću obuku za održavanje ponuđenog aparata sa navedenim dokazima: dokaz o radnom odnosu sa ovlaštenim servisom I sertifikat o završenoj obuci	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će se u garantnom roku ovlašćeni serviser ponuđača odazvati na poziv za servis u roku ne dužem od 48 časova na licu mjesta. • Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će u roku od 5(pet) dana od prijave kvara izvršiti popravku. • Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će za vrijeme trajanja garantnog roka ponuđač, ukoliko ovlašćeni serviser ne vrati aparat u funkcionalno stanje u roku od 30(trideset) dana od dana prijave kvara, o sopstvenom trošku izvršiti zamjenu aparata novim istih ili boljih karakteristika.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.504,13 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Biomikroskop sa aplanacionim tonometrom (špalt lampa)	1 - LED izvor svjetla (takozvano tower illumination) 2 - Minimalno tri stepena uvećanja 3 - Uvećanje na okularima: 12,5x 4 - Uvećanja: 10x, 16x i 25x 5 - Dužina svjetlosnog snopa: 0,2mm-12mm kontinualno i u koracima, ili više 6 - Širina svjetlosnog snopa: 0mm-12mm ili više 7 - Rotacija snopa: od +/- 90° 8 - Decentracija slita min 4°horizontalno , fiksno 0° 9 - ugao incidence minimalno 0°/ 5°/10°/15°/20° 10 - Filteri:blue(plavi), red free (zeleni), sivi, difuzni, žuti 11 - Korekcija ametropije: -8D do +8D ili više 12 - Držač za bradu: podesiv min. 59mm ili više 13 - Pomjeranje instrumnetna na bazi: 13.1 - Vertikalno: min. 30mm 13.2 - Horizontalno (levo- desno): min.110mm 13.3 - Aksijalno (napred-nazad): min. 90 mm 14 - Napajanje: 220-240V AC +/- 10%; 50Hz 15 - Slobodna radna distanca min. 88mm 16 - Elektro-mehanički sto, podesiv po visini 17 - Mogućnost nadogradnje: digitalna kamera za spalt lampe rezolucije min. 18Mpx	1,00 kom

18 - Aplanacioni tonometar Goldmanov tip sa nosačem, pokretljiv

19 - Adaptapilan za špalt lampu

20 - Opseg mjerenja: 2mmHg - 80mmHg ili više

OPCIJA:

Digitalna kamera za spalt lampu min rezolucije 18 Mpixels, povezivanje USB, software, dodatno LED osvjetljenje koje se postavlja na splat lampu, nožna komanda za aktiviranje slikanja ili video snimanja