



Br: 07-426/22-1299/4

14. 10. 2022.

Predmet: Pojašnjenje Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 2/22 (07-426/22-1299/1) od 10. 10. 2022. godine za nabavku robe – oprema za laboratorije, po partijama

Dana 11. 10. 2022. godine, Zavodu za metrologiju je upućen Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke br. 2/22 (07-426/22-1299/1) od 10. 10. 2022. godine za nabavku robe – oprema za laboratorije, po partijama, putem ESJN-a, od strane potencijalnog ponuđača. Naime, Naručiocu je u vezi partije 3 – Oprema za Laboratoriju za pritisak, upućen sljedeći **zahtjev za pojašnjenjem**:

„Poštovani, Molimo Vas da nam date pojašnjenje za sljedeće stavke partije 3: Stavka 1 (Hidraulični ispitni set) - Koji tip sertifikata je potreban za uređaj: Sertifikat prihvatanja 3.1 u smislu DIN EN 10204 (fabrička kalibracija) ILI DAKKS-Calibration sertifikat (pracen i akreditovan prema ISO17025) uklj. evaluaciju, dijagram i utvrđivanje tačnosti? Stavka 1 (Hidraulični ispitni set) - Molim da pojasnite klasu tačnosti koja vam odgovara: 0..1 % FS ili 0.05% FS. Stavka 2 (Senzor pritiska za WIKA 6000) - Koji tip sertifikata je potreban za uređaj: Kalibracioni izvještaj 3.1 (fabrička kalibracija) ILI DKD kalibracioni sertifikat uklj. evaluaciju, dijagram i utvrđivanje tačnosti. Stavka 3 (Precizni digitalni manometar) - Koji tip sertifikata je potreban za uređaj: Sertifikat prihvatanja 3.1 u smislu DIN EN 10204 (fabrička kalibracija) ILI DAKKS-Calibration sertifikat (pracen i akreditovan prema ISO17025) uklj. evaluaciju, dijagram i utvrđivanje tačnosti?“

U odnosu na prethodno navedeni zahtjev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije, u skladu sa čl. 48 i 95 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19), a na osnovu Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke br. 07-426/22-1299 od 27. 09. 2022. godine, Komisija dostavlja sljedeće **pojašnjenje**:

Kad je riječ o tipu sertifikata, dovoljna je fabrička kalibracija.

Kako klasa tačnosti nije precizirana u tehničkoj specifikaciji za stavku 1, prihvatiće se standardna specifikacija proizvođača, naravno uz ispunjenost svih drugih uslova navedenih u tehničkoj specifikaciji za ovu stavku. U tom smislu, odgovara i klasa tačnosti 0.1% FS i klasa tačnosti 0.05% FS.



Ispred Komisije za sprovođenje postupka
javne nabavke

Predsjednica Komisije
Dea Radević

Dea Radević